

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	李斌	职称	工程师
工作单位	解放军第150中心医院		
采购单位名称	河南科技大学第二附属医院		
项目名称	河南科技大学第二附属医院消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务、多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购 II标段：多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购（含屏蔽室）		
供应商名称	洛阳英泽医疗器械有限公司		
专家论证意见	拟采购多参数监护仪，是与中心监护系统相匹配，为达到最好的兼容性、一致性，最大效率的发挥设备最高品质及增强安全性，建议采用单一来源方式采购同品牌的多参数监护仪。		
	专家签名：	李斌	2020年 6月10日

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	李兰亮	职称	主治医师
工作单位	洛阳英泽医疗器械有限公司		
采购单位名称	河南科技大学第二附属医院		
项目名称	河南科技大学第二附属医院消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务、多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购 II标段：多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购（含屏蔽室）		
供应商名称	洛阳英泽医疗器械有限公司		
专家论证意见	该院中心监护系统为志电品牌，因目前工作需要需增加2台多参数监护仪，为临床临床使用更方便便捷，有外用设备管理操作，达到设备兼容。 前庭诱发肌源电位设备市场两个品牌，昕美家生产，设备用印度进口发公署招标采购，与影响科室工作及印度整体发展因此： 建议：以上二个品牌设备第一年采购		
	专家签名：李兰亮	2020年6月10日	

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	牌	职称	工程师
工作单位	洛阳中心医院		
采购单位名称	河南科技大学第二附属医院		
项目名称	河南科技大学第二附属医院消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务、多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购 II标段：多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购（含屏蔽室）		
供应商名称	洛阳英泽医疗器械有限公司		
专家论证意见	河南科技大学第二附属医院使用中的监护系统为光电牌，现购置2台床旁机须与中的监护系统相匹配，需要用同品牌故建议购买同一品牌。 河南科技大学第二附属医院购置的前庭诱发肌源电位，经市场调研，国内只有一个品牌，而且贵院已发布两次招标公告，报名供应商只有一家。故建议单一来源采购。		
	专家签名：牌 2020年6月10日		