

政府采购进口产品论证专家基本情况登记表

填报单位

姓名	出生年月	学历	工作单位	现从事专业	职称(执业资格)	从业时间	联系电话
郭永刚	1966.10	本科	山东省水利勘测设计院	水利工程	主任	1989	13703719821
傅永平	1953.12.13	本科	山东省水利勘测设计院	水利工程	工程师	35	13607692067
李重丁	1969.07.20	本科	河南省水利勘测设计院	水利工程	工程师	20年	13007618241
李京忠	1964.03.03	本科	河南省水利勘测设计院	水利工程	工程师	32	13598808059
傅永刚	1966.10	本科	山东省水利勘测设计院	水利工程	主任	15年	13838570155

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	超声内镜
拟采购产品金额	135 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。超声电子内镜要求技术较高，国产设备在清晰度、管道内径、操作灵活性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产超声内镜在视野中、成像分辨率等方面
不能满足医院要求。同意采购进口产品。

专家签字: 张明

2020年8月18日

国内同类产品探测精度低, 不能满足临床的需
要, 且损坏率高, 不能保证临床的即时性, 同意
采购进口产品。

专家签字: 李景东

2020年8月18日

国内同类产品探测精度低, 不能满足临床的需
要, 且损坏率高, 不能保证临床的即时性, 同意
采购进口产品。

专家签字: 陈安

2020年8月18日

国内产品在探测精度、成像质量等方面, 较进口产品存在差距,
同意采购进口产品。

专家签字: 何远

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类
进口产品的范围, 符合法律和政策的有关规定。同意
采购进口产品。

专家签字: 李卫

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	内镜专用超声主机
拟采购产品金额	130 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。内镜专用超声主机要求技术较高，国产设备在清晰度、图像融合、精细血流模式、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内产品存在故障率子,主机输出功率不稳定的缺点,难以保障临床诊断的需要.同意采购进口产品.

专家签字:

丁东平

2020 年 8 月 18 日

脑.超声探头在超声精度,清晰度等方面,不满足医院工作需求.同意采购进口产品

专家签字:

张明

2020 年 8 月 11 日

内窥镜用超声主机为定制产品,网络三大品牌内窥镜超声主机为定制产品.国内产品无法满足需求.同意采购进口产品

专家签字:

李景光

2020 年 8 月 18 日

同类产品在国内市场,与进口产品相比,价格明显偏低.较进口产品存在差距.同意采购进口产品.

专家签字:

何延红

2020 年 8 月 18 日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围,符合法律和政策的有关规定.同意采购进口产品.

专家签字:

李重

2020 年 8 月 18 日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	光学电子放大胃镜
拟采购产品金额	60 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 原因阐述：我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。光学电子放大胃镜要求技术较高，国产设备在清晰度、活检内径、防水功能、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内同类产品性能品质较进口差,难以保证临床诊断的准确性. 同意采购进口产品

专家签字:

陈安华

2020年8月18日

目前,国产产品在特殊光斑透光角与进口产品尚有一定差距. 同意采购进口产品.

专家签字:

张如也

2020年8月18日

国产胃镜在国家法规标准,防水处理,耐用性,操作方便灵活性与进口产品存在差距. 因此,同意采购进口产品

专家签字:

李京龙

2020年8月18日

国产产品在清晰度,分辨率,操控性能等方面与进口产品存在差距. 同意采购进口产品.

专家签字:

何远红

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围,符合法律和相关政策的规定,同意采购进口产品.

专家签字:

李卫

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	高清电子结肠镜
拟采购产品金额	220 万元（数量：4 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 原因阐述：我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。高清电子结肠镜要求技术较高，国产设备在清晰度、活检内径、防水功能、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内同类产品材质较差,难以保证临床诊断的需求,有误差. 同意采购进口产品

专家签字: 7# 完本

2020 年 8 月 18 日

国内产品在视角与进口产品存在一定差距. 同意采购进口产品

专家签字: 李景忠

2020 年 8 月 18 日

国产产品在耐腐蚀性、防水密封、操作便捷性,而耐用性等方面与进口产品存在较大差距. 同意购买进口产品.

专家签字: 李景忠

2020 年 8 月 18 日

国产产品在耐腐蚀、操作便捷性等方面与进口产品存在差距. 同意采购进口产品.

专家签字: 李景忠

2020 年 8 月 18 日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围. 符合法律和政策的相关规定,同意采购进口产品.

专家签字: 李景忠

2020 年 8 月 18 日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	内镜主机
拟采购产品金额	165 万元（数量：3 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。内镜主机要求技术较高，国产设备在清晰度、图像融合、构造强调功能、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内同类产品稳定性差,难以保证临床治疗的及时性.同意采购进口产品

专家签字:

陈峰

2020 年 8 月 18 日

国产产品在兼容性方面与进口产品在差距. 同意采购进口产品.

专家签字:

张加

2020 年 8 月 18 日

国产品牌在清晰度、耐用性、色彩真实性等方面与进口产品存在差距. 同意采购进口产品

专家签字:

李京北

2020 年 8 月 18 日

国产产品在清晰度、耐用性、色彩真实性等方面与进口产品存在差距. 同意采购进口产品.

专家签字:

何远

2020 年 8 月 18 日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围. 符合法律法规和有关规定. 同意采购进口产品.

专家签字:

李卫

2020 年 8 月 18 日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	电子十二指肠镜
拟采购产品金额	100 万元（数量：2 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 原因阐述：我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。电子十二指肠镜要求技术较高，国产设备在清晰度、活检内径、防水功能、操作灵活性、兼容性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内同类产品技术质量较进一差,难以保证
临床诊断的准确性,同意采购进口产品

专家签字:

2020 年 8 月 18 日

国产产品在规格方面与进口产品在
上一直美差,同意购买进口产品。

专家签字:

2020 年 8 月 18 日

国产的该包因保质期较短,操作灵活性而于
国45.2台小密封45等方面与进口产品存在较大差距,
同意购买进口产品。

专家签字:

2020 年 8 月 18 日

国产产品在图像品质、操作舒适性等方面难以满足
实际需求,同意采购进口产品

专家签字:

2020 年 8 月 18 日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和
禁止类进口产品范围,符合法律和政策的有关
规定,同意采购进口产品。

专家签字:

2020 年 8 月 18 日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃镜
拟采购产品金额	180 万元（数量：4 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 原因阐述：我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。高清电子胃镜要求技术较高，国产设备在清晰度、活检内径、防水功能、操作灵活性、兼容性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内同类产品成像品质较差,故障率子,难
保证临床诊断的要求,同意采购进口产品

专家签字:

陈兵

2020 年 8 月 18 日

国产产品在视角、续航等方面与进口
存在差距,同意采购进口产品

专家签字:

李京

2020 年 8 月 18 日

国产产品在图像清晰度、操作便捷性等方面
及防水密封性等存在差距,同意采购进口
产品

专家签字:

李京

2020 年 8 月 18 日

国产产品在视角、成像品质等方面与进口
存在差距,同意采购进口产品

专家签字:

李京

2020 年 8 月 18 日

采购进口产品不属于国家规定的限制类
和禁止类进口产品的范围,符合法律法规和政府采购
有关规定,同意采购进口产品。

专家签字:

李京

2020 年 8 月 18 日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	治疗型电子胃镜
拟采购产品金额	84 万元（数量：2 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。治疗型电子胃镜要求技术较高，国产设备在清晰度、特殊光观察、活检内径、防水功能、操作灵活性、兼容性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内同类产品成像品质较差.故障率高,由其
通道直径小,不能满足临床治疗的需求.同意
采购进口产品

专家签字:

陈辉

2020 年 8 月 18 日

在骨钉治疗方面.在窄视光领域
进口有一定差距.同意采购进口产品

专家签字:

郭加

2020 年 8 月 18 日

国内该立国保洁时度.操作者注意.
而于同时.洗检孔大小和顺滑与进口产品相
互差距.同意采购进口产品

专家签字:

李京光

2020 年 8 月 18 日

国内产品在性能.成像品质.清洗设备等方面
设计与国外存在差距.同意采购进口产品.

专家签字:

何志礼

2020 年 8 月 18 日

进口产品不属于国家规定的限制类和
禁止类进口产品的范围,符合法律和政策的相关规定,
同意采购进口产品.

专家签字:

李重丁

2020 年 8 月 18 日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	内窥镜冷光源
拟采购产品金额	120 万元（数量：3 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。内窥镜冷光源要求技术较高，国产设备在特殊光、色还原性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产品在设计、材料、稳定性、耐用性等方面较进口产品存在差距。同意采购进口产品。

专家签字: 王强

2020年8月18日

国产产品色选机性能与进口产品有一定差距。同意采购进口产品。

专家签字: 王强

2020年8月18日

国产光源机性能与进口产品存在不足。同意采购进口产品。

专家签字: 李东

2020年8月18日

国内同类产品稳定性不足,故障率高。同意采购进口产品。

专家签字: 陈平

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类产品的范围,符合法律政策的有关规定,同意采购进口产品。

专家签字: 李东

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	超声小探头系统
拟采购产品金额	10 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。超声小探头系统要求技术较高，国产设备在兼容性、清晰度、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产品在测量控制精度和稳定性方面较差，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产品在测量精度方面存在一定差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产品在企业检测项目数量、精度、稳定性等方面存在不足，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产设备测试项目数量少，精度不足难以满足临床需求，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类产品的范围，符合法律和政策的相关规定，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	呼吸机
拟采购产品金额	60 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。防 磁场呼吸机要求技术较高，国产设备在触发灵敏度、适应性流速、容量控制精度、 操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院治疗的需要。故我院申请购置进口设 备。	

三、专家论证意见

国产气道呼吸机控制精度低,范围较小,不能满足临床治疗的需求。同意采购进口产品。

专家签字:

丁晓东

2020年8月18日

国产呼吸机在脱氧饱和度无干扰
方面没有。同意采购进口产品。

专家签字:

李景忠

2020年8月18日

国产呼吸机在流量准确度、呼吸川气压力、
泄漏补偿、而相同型号方面与进口产品存在差距。
同意采购进口产品。

专家签字:

李景忠

2020年8月18日

国产产品在管路控制精度及管路密封性等方面
存在差距。同意采购进口产品。

专家签字:

李景忠

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和
禁止类进口产品的范围。符合法律和政策的有关规定。
同意采购进口产品。

专家签字:

李景忠

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	呼吸机
拟采购产品金额	38 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。呼吸机要求技术较高，国产设备在触发灵敏度、适应性流速、容量控制精度、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内同类产品控制精度低,难以保证临床治疗的需求.同意采购进口产品

专家签字: 陈光本

2020 年 8 月 18 日

国产呼吸机在潮气量控制方面与进口有一定差距.同意采购进口产品

专家签字: 李重丁

2020 年 8 月 18 日

国产呼吸机在潮气量范围和精度.舒适度方面存在不足.难以完全补偿.而于其他方面与进口产品存在差距.同意采购进口产品

专家签字: 李重丁

2020 年 8 月 18 日

国产呼吸机控制精度.舒适度等方面难以满足临床需求.同意采购进口产品.

专家签字: 李重丁

2020 年 8 月 18 日

进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围,符合法律和政策的相关规定.同意采购进口产品.

专家签字: 李重丁

2020 年 8 月 18 日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	无创呼吸机
拟采购产品金额	20 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。无创呼吸机要求技术较高，国产设备在触发灵敏度、适应性流速、容量控制精度、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

该产品在能发灵敏度及与进口存在
一定差距. 同意采购进口产品

专家签字:

张明

2020年8月18日

国内同类产品控制精度不能满足临床的
需求. 难以保证患者的生命. 同意采购进口产品

专家签字:

陈华

2020年8月18日

国内产品与进口产品在灵敏度及精度
方面存在一定差距. 而进口产品在精度方面
与进口产品存在一定差距. 同意采购进口产品

专家签字:

李东

2020年8月18日

国内产品在灵敏度及精度方面与进口产品
存在一定差距. 同意采购进口产品

专家签字:

张明

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁
止类进口产品的范围, 符合法律和政策的相关规定, 同
意采购进口产品.

专家签字:

李东

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	转运呼吸机
拟采购产品金额	18 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。转运呼吸机要求技术较高，国产设备在触发灵敏度、肺保护、容量控制精度、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内产品在质量控制标准及制造工艺方面较进口产品存在较大差距，同意采购进口产品。

专家签字：王强

2020年8月18日

国内产品在售后服务方面存在一定差距，同意采购进口产品。

专家签字：张明

2020年8月18日

国内同类产品的故障率较高，难以保证转运过程中的生命安全，同意采购进口产品。

专家签字：陈安

2020年8月18日

国内产品在互连互锁、呼吸模式、参数范围等方面与进口产品存在差距，同意购买进口产品。

专家签字：李京忠

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围，符合法律和政策的相关规定，同意采购进口产品。

专家签字：李东

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	车载转运呼吸机
拟采购产品金额	18 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。转运呼吸机要求技术较高，国产设备在触发灵敏度、肺保护、容量控制精度、智能吸痰、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产产品在规格/参数/性能等方面较进口产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：[Signature]

2020年8月18日

国产呼吸机在潮气量控制方面与进口产品存在一定差距，同意采购进口产品。

专家签字：[Signature]

2020年8月18日

国产同类产品故障率高，保障率较低，难以保证患者转运过程中的安全，同意采购进口产品。

专家签字：[Signature]

2020年8月18日

国产呼吸机在灵敏度、呼吸模式等方面与进口产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：[Signature]

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围，符合法律和政策的相关规定，同意采购进口产品。

专家签字：[Signature]

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	呼吸机
拟采购产品金额	25 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。呼吸机要求技术较高，国产设备在触发灵敏度、容量控制精度、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

该产品在流量控制精度和灵敏度方面较进口产品
稍低,同意采购进口产品

专家签字: 何志光

2020年8月18日

该产品在自动补偿方面先进,在
此一定范围,同意采购进口产品

专家签字: 张

2020年8月18日

国内同类产品控制精度低,难以保证临床
治疗的要求,和患者安全,同意采购进口产品

专家签字: 陈

2020年8月18日

国内和进口机互关程度,而稳定性、稳定性方面不
足,同意采购进口产品

专家签字: 李

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止
类进口产品的范围,符合法律和政策的相关规定,
同意采购进口产品。

专家签字: 李

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	无创呼吸机
拟采购产品金额	5 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。无创呼吸机要求技术较高，国产设备在触发灵敏度、容量控制精度、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产产品数量控制精度方面较进口产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：何强

2020年8月18日

国产产品在自产能力方面与进口产品有一定差距，同意采购进口产品。

专家签字：王明

2020年8月18日

国内同类产品控制精度低，难以保证临床患者的治疗需求和生命安全，同意采购进口产品。

专家签字：陈华

2020年8月18日

国产设备交互模式、接口模式、控制精度、稳定性等方面与进口产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：李京忠

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围，符合法律和政策的相关规定，同意采购进口产品。

专家签字：李建平

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	有创呼吸机
拟采购产品金额	60 万元（数量：2 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。有创呼吸机要求技术较高，国产设备在触发灵敏度、容量控制精度、监测精度、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内产品精度控制精度较差，同意进口进口

专家签字：

2020年8月18日

国内产品在潮湿气候条件下存在一定差距，同意进口进口产品

专家签字：

2020年8月18日

国内产品控制精度低，不能能满足临床患者治疗要求，同意进口进口产品

专家签字：

2020年8月18日

国内呼吸机在流量、呼吸模式、控制精度、稳定性、而不同呼吸方式不同进口。国内呼吸机进口产品

专家签字：

2020年8月18日

进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围，符合法律和政策的有关规定，同意进口进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	无创呼吸机（大）
拟采购产品金额	50 万元（数量：2 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。无创呼吸机要求技术较高，国产设备在触发灵敏度、容量控制精度、监测精度、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内产品在精度控制精度和较同类产品时精度超
同意采购进口产品。

专家签字: 何志红

2020年8月18日

国内产品在自动补偿方面与进口产品存
在一定差距, 同意采购进口产品

专家签字: 8/18

2020年8月18日

国内产品控制精度低, 不能满足当前
患者的治疗要求, 同意采购进口产品

专家签字: 付玲

2020年8月18日

国内呼吸机, 在精度, 控制精度, 稳定性
而耐用性方面不如进口, 同意采购进口产品

专家签字: 李京

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进
口产品的范围, 符合法律和政策的有关规定, 同意
采购进口产品。

专家签字: 李军

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	转运呼吸机
拟采购产品金额	16 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。转运呼吸机要求技术较高，国产设备在触发灵敏度、肺保护、容量控制精度、智能吸痰、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产产品在质量控制精度方面较进口产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：何志红

2020年8月18日

国产产品在性价比方面与进口产品存在一定差距，同意采购进口产品。

专家签字：张明

2020年8月18日

国内同类产品故障率高，保障率低，难以保证转运过程中的患者安全，同意采购进口产品。

专家签字：陈华

2020年8月18日

国产呼吸机在负压、控制精度、稳定性等方面与进口产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：李京

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围，符合法律和政策的相关规定，同意采购进口产品。

专家签字：李建平

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	无创呼吸机（小）
拟采购产品金额	30 万元（数量：3 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。无创呼吸机要求技术较高，国产设备在触发灵敏度、容量控制精度、监测精度、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内产品在质量控制精度和较进口产品差，同意
进口进口产品。

专家签字：何志红

2020 年 8 月 18 日

国内产品在潮气为控制精度方面存在
一定差距，同意进口进口产品。

专家签字：张明

2020 年 8 月 18 日

国内同类产品控制精度低，不能继续满足
临床治疗的需求和安全，同意进口进口产品。

专家签字：丁林

2020 年 8 月 18 日

儿童呼吸器，且其如被，进口产品性能稳定
可靠，而国内产品不如进口产品，同意进口进口
产品。

专家签字：李京志

2020 年 8 月 18 日

呼吸机产品不属于国家规定的限制类和禁
止类进口产品的范围，符合法律政策的有关规定，
同意进口进口产品。

专家签字：李建平

2020 年 8 月 18 日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	呼吸机
拟采购产品金额	20 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。无创呼吸机要求技术较高，国产设备在触发灵敏度、容量控制精度、监测精度、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内产品在容易控制精度方面比较差，同意
采购进口产品

专家签字：

2020年8月18日

国内产品在能发量反应方面较差，存
在一定差距，同意采购进口产品

专家签字：

2020年8月18日

国内同类产品控制精度低，难以保证临床
患者的需求和安全，同意采购进口产品

专家签字：

2020年8月18日

国内呼吸机产品精度低，控制精度、稳定性
不如进口产品，同意采购进口
产品

专家签字：

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和
禁止类产品范围，符合法律和政策的规定，
同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	转运床
拟采购产品金额	6 万元（数量：2 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。国产设备在静音控制、人体工程学设计、安全性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院重症病人转运的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产产品在设计、材料、性能等方面较进口产品差，同意
采购进口产品。

专家签字：[Signature]

2020年8月18日

国产产品在防雷电、安全性等方面不如
进口产品。同意采购进口产品。

专家签字：[Signature]

2020年8月18日

国内产品在材料、工艺等方面落后于进口产品，损坏
率较高，不能满足该强度的使用要求。同意采购进口
品牌的产品。

专家签字：[Signature]

2020年8月18日

国产产品在材料、隔音性能等方面不
如进口品牌。同意采购进口产品。

专家签字：[Signature]

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类或禁
止类进口产品的范围。符合法律和政策的相关
规定，同意采购进口产品。

专家签字：[Signature]

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	多功能电动床
拟采购产品金额	90 万元（数量：30 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。国产设备在静音控制、人体工程学设计、安全性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院重症病人治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内产品在外观设计是低劣与粗糙的产品
差,同意采购进口产品.

专家签字:

2020年8月18日

国内产品在安全防护上存在一定
差距. 同意采购进口产品.

专家签字:

2020年8月18日

国内产品在材料、工艺等方面,落后于进口品牌的
产品. 使用寿命,不能满足该产品的使用要求,同意
采购进口品牌的产品.

专家签字:

2020年8月18日

国内产品在材质、构造工艺,冲压机,而于用
性方面不如进口的. 同意购买进口产品.

专家签字:

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁
止类进口产品的范围. 符合法律和政策的相关
规定,同意采购进口产品.

专家签字:

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	多功能电动床
拟采购产品金额	45 万元（数量：15 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。国产设备在静音控制、人体工程学设计、安全性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院重症病人转运的需要。故我院申请购置进口设备。	
三、专家论证意见	

国内产品在性能设计、操作舒适性等方面与进口产品
相比存在产品差，同意采购进口产品。

专家签字：

何远红

2020年8月18日

国内产品在安全防护方面与进口产品
存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：

张明

2020年8月18日

国内同类产品，在材料、工艺等方面，落后于进口品牌
的产品，不能满足高强度的使用要求，同意采购进口
品牌的产品。

专家签字：

陈峰

2020年8月18日

国内电动机床，在材质、运动模式、转动角度、均
音等方面与进口产品不如进口的，同意采购进口
产品。

专家签字：

李东亮

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和
禁止类进口产品的范围，符合法律和相关政策的有关规
定，同意采购进口产品。

专家签字：

李卫丁

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	转运抢救床
拟采购产品金额	30 万元（数量：6 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。国产设备在静音控制、人体工程学设计、安全性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院重症病人转运的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

该产品在人性化设计、外观设计、安全等方面较进口产品存在差距，同意不予进口。

专家签字：何志红

2020年8月18日

该产品在安全设计上与进口产品存在一定差距，同意不予进口。

专家签字：李加

2020年8月18日

国内同类产品材料、工艺等方面落后于进口品牌的产品，不能满足高强度的使用要求，同意采购进口品牌的产品。

专家签字：陈峰

2020年8月18日

国内技术体系材料、制造工艺、内部结构等方面落后于进口，同意不予进口。

专家签字：李景忠

2020年8月18日

该产品不属于国家规定的限制类和禁止类产品范围，符合法律和政策的相关规定，同意采购该产品。

专家签字：李建平

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	心电图机
拟采购产品金额	6 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。国产设备在防干扰、不正常及时提醒、自动分析、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院重症病人的检查需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

该产品抗干扰能力与较进口产品无差距，
同意采购进口产品。

专家签字：何延红

2020年8月18日

该产品抗干扰能力与进口产品
无差距，同意采购进口产品。

专家签字：张如田

2020年8月18日

国内同类产品稳定较差，同意采购进口品牌
产品。

专家签字：陈峰

2020年8月18日

该产品与进口产品无差距，而进口产品，进口产品方面
高于进口产品，同意采购进口产品。

专家签字：李京元

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁
止类进口产品的范围，符合法律和政策的有关
规定，同意采购进口产品。

专家签字：李卫

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	生物检查刺激反馈仪
拟采购产品金额	35 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。国产设备在防干扰、肌电采集精度、自动分析、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院病人的检查治疗需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

同类产品抗干扰能力较弱,产品存在差距,
同意采购进口产品

专家签字: 何延红

2020年8月18日

同类产品抗干扰能力方面存在
一定差距,同意采购进口产品

专家签字: 杨明

2020年8月18日

国内同类产品检测精度低,不能满足临床
诊断的要求,同意采购进口产品

专家签字: 陈峰

2020年8月18日

国产设备在噪声指标上,滤波抗干扰,分辨率
度,超声成像等方面存在不足,同意采购进口产品

专家签字: 李京志

2020年8月18日

采购进口产品不违反国家规定的限制类和禁
类进口产品的范围,符合法律和相关规定的,
同意采购进口产品

专家签字: 李京

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	生物检查刺激反馈仪
拟采购产品金额	30 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。国产设备在防干扰、肌电采集精度、自动分析、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院病人的检查治疗需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

该产品在抗干扰能力较强，该产品性能优良，同意采购进口产品。

专家签字：何远红

2020年8月18日

该产品在抗干扰能力较强，该产品性能优良，同意采购进口产品。

专家签字：何远红

2020年8月18日

国内同类产品检测范围较窄，精度不足，同意采购进口产品。

专家签字：陈军

2020年8月18日

该产品在抗干扰能力较强，该产品性能优良，同意采购进口产品。

专家签字：李京忠

2020年8月18日

该产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围，符合法律和政策的相关规定，同意采购进口产品。

专家签字：李京忠

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	心电监护仪
拟采购产品金额	18 万元（数量：6 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。国产设备在防干扰、心电采集精度、自动分析、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院重症儿童病人的监护需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

同类产品抗干扰能力相对进口产品差，同意
采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

明确，同类产品抗干扰能力亦存在由
0产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国内产品监测项目少，精度低，稳定性不足
同意采购进口产品

专家签字：

2020年8月18日

网络设备在稳定性和耐用性方面不如进口、
同意采购进口产品

专家签字：

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止
类进口产品的范围，符合法律和政策的相关规定，
同意采购进口产品，

专家签字：

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	泌尿外科腔镜系统
拟采购产品金额	273 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。泌尿外科腔镜系统要求技术较高，国产设备在清晰度、活检内径、防水功能、兼容性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产产品在性价比、清晰度等方面与进口产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月8日

国产产品在清晰度、分辨率等方面与进口产品存在一定差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产设备成像品质差，故障率高，不能满足临床的要求，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产产品在分辨率和色彩还原度、防水密封等方面与进口产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类产品范围，符合法律和政策的相关规定，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	腹腔镜
拟采购产品金额	420 万元（数量：3 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。腹腔镜系统要求技术较高，国产设备在清晰度、影像增强、防水功能、兼容性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产产品在清晰度、分辨率、刷新率等方面较进口产品
差，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产产品在清晰度、分辨率等方面较进口产品
差，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产设备成像品质不足，手术器械损坏率较高。
同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产腹腔镜在清晰度、色彩真实性、稳定性等方面较进口产品
差，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

采购进口产品符合法律和政策的相关规定，
且不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的
范围，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

60

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	胆道镜
拟采购产品金额	60 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。胆道镜要求技术较高，国产设备在清晰度、内径、防水功能、兼容性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

同类产品存在物理性能、成像性能等方面较进口产品差。
同意采购进口产品。

专家签字:

2020年8月18日

同类产品存在使用寿命等技术上先进性
有一定差距。同意采购进口产品。

专家签字:

2020年8月18日

同类产品存在使用寿命等技术上先进性
有一定差距。同意采购进口产品。

专家签字:

2020年8月18日

同类产品不能配用于专用的内镜系统,同意
采购进口产品。

专家签字:

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和
禁止类产品范围,符合法律和政策的有效
规定,同意采购进口产品。

专家签字:

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	胸腔镜
拟采购产品金额	230 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。胸腔镜系统要求技术较高，国产设备在清晰度、光谱分析、防水功能、兼容性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

该产品在清晰度、耐用性、操作性能等方面较进口产品在在差距。同意采购进口产品。

专家签字: 王超

2020 年 8 月 18 日

国产产品在清晰度及使用寿命方面有一定差距。同意采购进口产品。

专家签字: 王超

2020 年 8 月 18 日

国产设备材料品质不佳,故障率较高,器械损坏多。同意采购进口产品。

专家签字: 陈平

20 年 8 月 18 日

国产设备在耐用性、使用寿命、售后服务等方面不如进口品牌。同意采购进口产品。

专家签字: 李京忠

2020 年 8 月 18 日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类产品的范围。符合法律和政策的相关规定。同意采购进口产品。

专家签字: 李京忠

2020 年 8 月 18 日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	3D 腹腔镜
拟采购产品金额	260 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。3D 腹腔镜系统要求技术较高，国产设备在清晰度、立体还原、影像分析、防水功能、兼容性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产产品在性能、可靠性、维护性等方面较进口产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产产品在性能、可靠性、维护性等方面较进口产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产设备故障率较高，易出故障，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产设备在性能、可靠性、维护性等方面较进口产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类产品的范围，符合法律和政策的相关规定，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	高清膀胱镜
拟采购产品金额	150 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。高清膀胱镜要求技术较高，国产设备在清晰度、色彩还原、兼容性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产在清晰度方面较差，产品差，同意采购进口产品。

专家签字：

年 月 日

国产产品在清晰度方面较差，产品有一定差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产设备成像品质不足，易损坏，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产设备在清晰度、色彩还原、操作便捷性、耐用性等方面不如进口产品，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类产品的范围，符合法律和政策的相关规定，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	宫腔镜
拟采购产品金额	80 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。宫腔镜系统要求技术较高，国产设备在清晰度、灌流通道、防水功能、兼容性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产品在清晰度、操作便捷性方面较进口产品差，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

在清晰度方面为中等，产品存在一定差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产设备成像品质不足，易损坏，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产品像镜在清晰度、色彩还原性、防水防尘、耐用性等方面不如进口产品（如：1）进口产品性能

专家签字：

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围，符合法律政策的有关规定，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	脑电检测仪
拟采购产品金额	60 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。脑电检测仪要求技术较高，国产设备在防干扰、自动分析、噪声水平、兼容性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产产品在抗干扰能力初校进口产品差. 同意采购进口产品

专家签字: 何志红

2020年8月18日

国产产品在抗干扰能力方面存在差距, 同意采购进口产品

专家签字: 何志红

2020年8月18日

国产设备检测精度低 抗干扰能力不足 噪声大, 同意采购进口产品

专家签字: 陈华

2020年8月18日

国产设备抗干扰能力. 经分析, 性能低, 而进口设备性能不如进口, 同意采购进口产品

专家签字: 李景志

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围, 符合法律和政策的相关规定, 同意采购进口产品

专家签字: 李建平

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	垂直升降机
拟采购产品金额	15 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。垂直升降机要求技术较高，国产设备在安全性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院不能自主行动病人的转移需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

该产品在安全性、耐用性方面较进口产品差，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

该产品在安全性方面与进口产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产设备安全性不足，同意采购进口品牌产品。

专家签字：

2020年8月18日

国产设备制度不完善和稳定性差，同意采购进口产品。同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类产品的范围，符合法律和政策的相关规定，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	排痰机
拟采购产品金额	10 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。国产设备在安全性、变频范围、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院体弱病人的排痰需要。	

三、专家论证意见

该产品性能、指标均达到较优产品存在差距
同意采购该产品。

专家签字: 何志光

2020年8月18日

该产品性能指标均达到较优产品存在差距
同意采购该产品。

专家签字: 何志光

2020年8月18日

国产设备安全性不足。同意采购进口品牌产品。

专家签字: 陈强

2020年8月18日

该产品存在安全隐患, 性能、指标均达到较优产品存在差距
同意采购进口产品。

专家签字: 李宗光

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和
禁止类进口产品的范围, 符合法律和政策的相关规定,
同意采购进口产品。

专家签字: 李建丁

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	电子鼻咽喉镜内镜系统
拟采购产品金额	190 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。电子鼻咽喉镜内镜系统要求技术较高，国产设备在清晰度、特殊光、治疗内径、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内产品或样品质量差,难以保证临床诊断的
要求,同意采购进口产品

专家签字:

陈峰

2020年8月18日

国内产品在性能及方面与进口产品
差距,同意采购进口产品

专家签字:

李宗光

2020年8月18日

国内产品在性能及方面与进口产品
差距,同意采购进口产品

专家签字:

李宗光

2020年8月18日

国内产品在性能及方面与进口产品
差距,同意采购进口产品

专家签字:

李宗光

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁
止类进口产品的范围,符合法律和政策的有关规
定,同意采购进口产品。

专家签字:

李宗光

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	内镜高清摄录像系统
拟采购产品金额	160 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。内镜高清摄录像系统要求技术较高，国产设备在清晰度、特殊光、兼容性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内产品在清晰度及特殊光成像等方面,难以满足临床诊断需求,同意采购进口产品。

专家签字: 李京忠

2020年8月18日

国内产品在清晰度及成像等方面,有一定差距,同意采购进口产品。

专家签字: 李京忠

2020年8月18日

国内产品在特殊光成像、清晰度等方面,难以满足临床诊断需求,同意采购进口产品。

专家签字: 李京忠

2020年8月18日

国内产品成像品质较差,不能满足临床的诊断要求,同意采购进口产品。

专家签字: 李京忠

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围,符合法律和政策的相关规定,同意采购进口产品。

专家签字: 李京忠

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	电刺激听性脑干诱发电位仪
拟采购产品金额	55 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。电刺激听性脑干诱发电位仪要求技术较高，国产设备在测试项目、术中检测、刺激器的兼容性、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产产品在抗干扰能力、接收频率等指标上，与进口产品
相比，尚能满足当前需求，同意采购进口产品

专家签字：何延红

2020年8月18日

国产产品在抗干扰能力方面有待提高，
存在差距，同意采购进口产品

专家签字：李京忠

2020年8月18日

国产产品在抗干扰能力和保密性能方面存在
不足，同意采购进口产品

专家签字：李京忠

2020年8月18日

国内同类产品抗干扰不足，检测精度不足，同
意采购进口产品

专家签字：陈峰

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和
禁止类进口产品的范围，符合法律和政策的相关规定，
同意采购进口产品。

专家签字：李卫

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	诱发电位仪
拟采购产品金额	50 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。诱发电位仪要求技术较高，国产设备在测试项目、防干扰、刺激的测试、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产产品在抗干扰性能数据指标与进口产品存在较大差距，同意采购进口产品。

专家签字：何强

2020年8月18日

国产产品在抗干扰能力与进口产品存在一定差距，同意采购进口产品。

专家签字：李京忠

2020年8月18日

国产产品在信号采集、干扰滤波和抑制等方面存在不足，同意采购进口产品。

专家签字：李京忠

2020年8月18日

国产产品信号稳定性不足，抗干扰能力差，不能满足临床要求，同意采购进口产品。

专家签字：丁东峰

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围，符合法律和政策的相关规定。

专家签字：李重

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	鼻动力系统
拟采购产品金额	50 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。鼻动力系统要求技术较高，国产设备在导航功能、防干扰、工具种类、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院手术的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产品在校平抗噪能力、降噪性能、降噪中易损性等方面均达到进口标准要求，同意采购进口产品。

专家签字：WJ

2020年8月18日

国产品在校平抗噪能力上虽进口产品有一定差距，同意采购进口产品。

专家签字：JH

2020年8月18日

国产品动力系统噪声、体积、稳定性、耐用性等方向存在不足，同意采购进口产品。

专家签字：李军

2020年8月18日

国产品噪声高，稳定性差，难以保证稳定运行，同意采购进口产品。

专家签字：陈

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围，符合法律和政策的相关规定，同意采购进口产品。

专家签字：李

2020年8月18日

18

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	眼震电图仪及甩头仪
拟采购产品金额	90 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。眼震电图仪及甩头仪要求技术较高，国产设备在采样精度、分析软件、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

附件：产品在车轴精度、数据精度、密封性能等方面，较进口产品存在差距，同意采购进口产品

专家签字：

2020年8月18日

该产品在抗干扰方面存在一定差距，同意采购进口产品

专家签字：

2020年8月18日

该产品在车轴精度、数据精度、密封性能等方面，较进口产品存在差距，同意采购进口产品

专家签字：

2020年8月18日

该产品在车轴精度、数据精度、密封性能等方面，较进口产品存在差距，同意采购进口产品

专家签字：

2020年8月18日

该产品不属于国家规定的限制类和禁止类产品的范围，符合法律和政策的相关规定，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	AABR 听力筛查仪
拟采购产品金额	20 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。AABR 听力筛查仪要求技术较高，国产设备在评估水平、分析软件、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

同类型产品在灵敏度方面与进口产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2021年8月18日

同类型产品在灵敏度方面与进口产品存在一定差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2021年8月17日

同类型产品在灵敏度方面与进口产品存在一定差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国内产品抗干扰、分析软件等方面存在不足，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围，符合法律和政策的相关规定，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	声阻抗
拟采购产品金额	12 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。声阻抗要求技术较高，国产设备在精确度、自动分析、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

产品在性能指标、抗干扰能力等方面较差，
同意采购进口产品。

专家签字：WY

2020年8月18日

国产产品在抗干扰能力等方面存在
一定差距，同意采购进口产品。

专家签字：JH

2020年8月18日

国产设备在噪声控制、稳定性等方面存在不足，
同意采购进口产品。

专家签字：李京志

2020年8月18日

国产设备的内部噪声控制不足，稳定性较差，
同意采购进口产品。

专家签字：JH

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁止
类产品范围，符合法律和政策有关规定，
同意采购进口产品。

专家签字：李重丁

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	氩气刀
拟采购产品金额	80 万元（数量：2 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。氩气刀要求技术较高，国产设备在自动识别、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院手术的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

同类产品在生产、耐用性和材料品质性方面。
较进口产品差，同意采购进口产品

专家签字：

2020年8月18日

同类产品自动识别方面与进口产品
无一定差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

同类产品与进口产品在耐用性方面存在不足，同意
购买进口产品

专家签字：

2020年8月18日

同类产品稳定性不足，同意采购进口产品

专家签字：

2020年8月18日

采购进口产品不属于国家规定的限制类和禁
止类进口产品的范围，符合法律和政策的相关规定，
同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

65

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	肝脏瞬时弹性成像仪 Frbroscan
拟采购产品金额	70 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。肝脏瞬时弹性成像仪要求技术较高，国产设备在图像清晰度、分析软件、测量精度操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院检查的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

1. 该产品成像品质清晰，符合国家标准，产品性能稳定，(3) 符合国家标准。

专家签字：

2020 年 8 月 18 日

该产品在定性定量分析上，与进口产品存在差距，同意采购进口产品。

专家签字：

2020 年 8 月 18 日

该产品与同类产品性能相当，经分析，该产品性能稳定，同意采购进口产品。

专家签字：

2020 年 8 月 18 日

该产品成像品质不足，测量分析软件能力差，不能满足临床诊断要求，同意采购进口产品。

专家签字：

2020 年 8 月 18 日

该产品不属于国家规定的限制类和禁止类产品的范围，符合法律和政策的相关规定，(3) 同意采购进口产品。

专家签字：

2020 年 8 月 18 日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	血气分析仪
拟采购产品金额	18 万元（数量：3 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。血气分析仪要求技术较高，国产设备在测试项目、分析软件、测量精度、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院测试分析的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国内产品在性能、操作等方面与进口产品无差异，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国内产品在性能、操作等方面与进口产品无差异，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国内产品成像品质不足，损坏率较高，难以保证临床的需求，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

国内产品在图像清晰度、分辨率等方面与进口产品无差异，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

进口产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围，符合法律和政策的规定，同意采购进口产品。

专家签字：

2020年8月18日

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	抗血栓泵
拟采购产品金额	54 万元（数量：12 套）
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院是集教学、科研、临床、防疫、保健为一体大型综合性的三级医院。抗血栓泵要求技术较高，国产设备在压力控制、自动反馈、操作灵活性、耐用性等方面，不能满足我院治疗的需要。故我院申请购置进口设备。	

三、专家论证意见

国产产品在流量控制精度方面较进口产品存在差距
同意采购进口产品。

专家签字: 李健

2020年8月18日

国产产品在流量控制精度方面存在一定差距, 同意采购进口产品。

专家签字: 李健

2020年8月18日

国产设备在流量控制精度及运动模式方面存在不足, 同意采购进口产品。

专家签字: 李健

2020年8月18日

国产产品流量控制精度不足, 模式选择单一, 同意采购进口产品。

专家签字: 李健

2020年8月18日

采购进口产品, 不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围, 符合法律和政策的有关规定, 同意采购进口产品。

专家签字: 李健

2020年8月18日