

政府采购进口产品专家论证意见

技术专家1

进口流式细胞仪具有交叉环抱十字形光路，光路全反射，灵敏度高，分析结果更准确，CV<3%，建议采购进口设备。

专家签名:

技术职称:

2020年7月27日

技术专家2

进口流式细胞仪具有CBA功能，可以检测不少于20种因子，同时实现细胞的多参数实时分析，适合科学研究使用，建议采购进口设备。

专家签名:

技术职称:

2020年7月27日

技术专家3

进口设备采用石英杯激发装置，样本流直径可调:5-40um，适合不同类型的细胞，应用范围宽，建议采购进口设备。

专家签名:

技术职称:

2020年7月27日

技术专家4

进口流式细胞仪具有双重质控功能，可以实现不同时间不同样本的同等实验检测条件，具有很好的重复性和一致性，建议采购进口设备。

专家签名:

技术职称:

2020年7月28日

法律专家:

经审查采购方提出的进口仪器设备申请材料，认为其申请符合国家政策与法律法规要求，同意采购进口设备。

专家签名:

技术职称:

2020年7月28日

《科研项目》仪器设备论证专家名单

姓名	工作单位	技术职务	联系电话（手机）	备注
梁银明	新乡医学院	教授	18568561705	技术专家 1
李 霞	河南大学	教授	15713782506	技术专家 2
李卫国	河南师范大学	教授	13663901105	技术专家 3
胡梁斌	河南科技学院	副教授	13937392557	技术专家 4
钟钦才	河南克谨律师事务所	律师	15238616199	法律专家

填表说明：1、备注栏应注明专家的身份，即4名技术专家和1名法律专家；

2、所有专家只能从本单位以外产生。

