

技术参数

采购人： 郑州市第三人民医院

设备名称	人工心肺复苏机	数量	1 台
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：			
设备配置要求及用途：用于患者各种病因引起的心脏骤停胸外心肺复苏抢救，			
具体技术参数：			
★1、产品要求：原装进口			
★2、工作模式：电动电控			
3、供电方式：电池、车载电源和交流电源。			
4、工作时间：单电池可工作 40 分钟。			
5、按压深度：5.0cm，			
6、心脏按压频率：100 次 / 分			
7、按压/释放比率：1：1（50%：50%）			
8、按压方式：胸骨按压			
9、按压模式：持续按压和自动的 30：2 按压模式。			
★10、按压时通过负压吸杯，保证每次按压后的胸廓回弹			
★11、设备重量：包括电池背包不大于 7.8Kg.			
12、设备可以透过 X 射线。			

产品配置清单表：

产品配置清单	数量
主机	1 套
负压杯	1 个
电源线	1 套
背板	1 个

背包	1 个
使用手册	1 本