

技术参数

采购人：郑州市第三人民医院

年度计划序号	82	设备名称	全自动尿有形成份分析仪
质量层次	原装进口	数量	2 台
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否			
设备配置要求及用途：			
具体技术参数：			
一、全自动尿中有形成分分析仪 1. 仪器为原装进口设备； 2. 仪器以彩色 CMOS 传感器进行扫描与测光来检测尿液干化学成分； 3. 仪器采用测定原理：试纸条：用彩色 CMOS 传感器进行扫描与测光；有型成分测定原理为静态形态学方法，有高、低倍镜的原始图和细胞分割图,干化学为光电反射法 4. 测定项目：尿液测定项目≥14 项。可以自动报告肌酐，尿微量白蛋白，尿微量白蛋白/肌酐，蛋白/肌酐比值。 5. 加样方式：自动加样，自动测定，自动取出测定条. ★6. 配套系统速度≥200 标本/小时； 7. 试纸条容量≥200 条，有防止尿条氧化装置； ★8. 样本量：样品量≤3ml 尿液，少量样本也可检测，待测最大样本承载量》100 例 9. 比重检测：采用 NCCLS 认可的光学折射率测定 10. 颜色检测：比色测定求出吸光度数据 11. 样本存储量：≥10000 份病人测定结果 12. 试纸条特性：能抗 VC 干扰，需要 VC 试剂模块，能抑制共存物质间相影响，室温保存 1 年。 13. 进行自动的定量点式加样 14. 流水线连接：无需轨道连接成全自动流水线系统； 15. 有专用的急诊插入检测位置，用于急诊检测 16. 模拟人工镜检方式，高、低倍镜对标本进行检测 ★17. 尿液有形成分分析仪采用国家发明专利的 DIF 技术（自动调焦技术）			

产品配置清单表：

产品配置清单	数量