

技术参数

采购人：郑州市第三人民医院

年度计划序号	83	设备名称	全自动凝血分析仪
质量层次	原装进口	数量	一套
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否			
设备配置要求及用途：			
具体技术参数：			
1. 速度：PT≥400 tests/h； tests/h； DD≥200 tests/h 2. 检测方法学：凝固法、发色底物法、免疫比浊法、凝集法 3. 检测项目： 凝固法：PT、APTT、Fbg、TT、LA、PC、外源性因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ）、内源性因子（Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ）等 发色底物法：AT-Ⅲ、PLG、PS、凝血因子ⅩⅢ、肝素等 免疫法：D-Dimer、FDP、等 4. 多波长测定：405，575nm ★5. 方法学可以避免溶血、黄疸、脂血等特殊样本的干扰。 6. CV 值：PT<3%、APTT<4%、FIB<6% 7. 采用全自动进样架方式进样，样品位≥130 个，连续循环进样 8. 具有自动稀释及连锁检测功能 ★9. 试剂位≥50 个，具有冷藏功能，温度≤10° C ★10. 检测通道≥20 个，独立检测通道，所有通道不同方法学不可通用 11. 具有开放的试剂程序 12. 可随时、随机插入急诊样本有预留急诊位，≥5 个 13. WINDOWS 操作界面:简便、直接，可随时观测仪器的检测情况 14. 试剂加样针与样本针分开，≥2 根试剂针，≥1 根样本针，样本针标配盖帽穿刺功能，试剂针具加热功能 15. 应具备条码扫描设备及管理功能			

产品配置清单表：

产品配置清单	数量