

技术参数

采购人：**郑州市第三人民医院**

设备名称	电子输尿管肾镜	数量	1 套
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否			
设备配置要求及用途：和泌尿外科腔镜系统（主机）匹配，用于上尿路结石肿瘤等疾病诊疗。			
具体技术参数：			
一、 电子输尿管镜（同一品牌、原装进口）			
1.1 镜体外径 8.5Fr.，3.6Fr. 器械通道，总长大于 70cm			
1.2 采用电子芯片，分辨率大幅提高，无网格条纹			
1.3 具有电子放大功能			
1.4 五种以上影像增强功能，改善术野照明与组织对比度，提升对病变组织的辨识度			
1.5 动调焦，无需手动调焦，整个手术过程中视野均保持清晰			
*1.6 摄像头、光源和手柄一体化人体工程学设计			
*1.7 内置 LED 照明技术，照明亮度均匀			
*1.8 前端激光陶瓷涂层技术，可以很大程度上保护镜体头端			
1.9 镜体时扭矩稳定性强，镜体末端与手柄段保持同步转动			
*1.10 双向弯曲 270 度，主动弯曲与被动弯曲两种弯曲方式			
1.11 视野方向 $\geq 0^{\circ}$			
1.12 视野范围 $\geq 90^{\circ}$			
1.13 分辨率 ≥ 7.43 (LP/mm) (L=10mm)			
二、售后服务			
2.1 安装地点：医院指定地点			
2.2 安装调试与培训：供货商免费提供设备的安装、调试、人员的培训			
2.3 2 小时内响应，24 小时内到达用户现场；			

产品配置清单表：

产品配置清单	数量
电子输尿管软镜	1
消毒篮	1
抓钳，软性，3Fr,100cm 长	1
活检钳，软性，3Fr.，100cm 长	1
导丝，3Fr.，10 个/包	10
一次性套石篮，2.5Fr.，120cm 长	1