

技术参数

采购人：郑州市第三人民医院

设备名称	等离子电切镜	数量	1 套
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否			
设备配置要求及用途：和泌尿外科腔镜系统（主机）匹配，用于泌尿外科膀胱尿道以及前列腺疾病诊疗。			
具体技术参数：			
一、整体要求			
1、原装进口。			
*2、等离子电切镜要求与院内现用的主机匹配。			
*3、柱状晶体镜，超广角，12° 内镜，直径 4.0mm，集成光纤传输，可高温高压消毒。			
4、26 或 27Fr 电切镜内外鞘≥1 套。			
5、双极电切镜用的高频双极电缆 1 根，长度≥3m。			
6、纤维导光束 1 根，长度 3000mm，直径 3.5mm。标准闭孔器			
*7、双极被动式工作手件。带 26 或 27Fr. 连续回流电切镜鞘，带 360° 快速释放锁。			
8. 激光操作手件 1 套。			
9. 电切环：环状电极、针状电极、球状电极各 1 盒。			
二、双极等离子电刀			
1、在盐水介质中实现切割和电凝，可减少水中毒的风险			
2、≥8 档效果调节，功率自动调节，最大输出功率≥370W			
3、即插即用，器械自动识别			
4、具备硬件和软件升级功能			
三、售后服务要求			

1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如 2 小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后 24 小时内到达医院，不管是否节假日；
2、保修期内的开机率：投标方保证开机率 95%（按一年 365 天计算）；
3、备件送达期限：国内不超过 7 天，国外不超过 14 天；
4、整机质保≥1 年

每套设备产品配置清单：

产品配置清单	数量
等离子电刀	1
12 度电切镜	2
工作手件	2
双极电切环	1 个
双极电凝电极针状	1 个
双极电凝电极状	1 个
高频导线	1
保护套管	1
电切镜鞘	1
标准闭孔器	1
器械消毒盒	2