

技术参数

采购人：郑州市第三人民医院

设备名称	精囊镜	数量	1 套
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否			
设备配置要求及用途：和泌尿外科腔镜系统（主机）匹配，用于精囊尿道等疾病诊疗。			
具体技术参数：			
一、 精囊镜（同一品牌、原装进口）			
*1.1 镜体≤7Fr			
*1.2 视向角≥6°			
*1.3 工作长度≥43cm，器械通道 3.4Fr			
1.4 可以高温高压消毒			
*1.5 镜体逐渐增粗 8.4F-9.9Fr			
二、售后服务			
2.1 安装地点：医院指定地点			
2.2 安装调试与培训：供货商免费提供设备的安装、调试、人员的培训			
2.3 2 小时内响应，24 小时内到达用户现场；			

产品配置清单表：

产品配置清单	数量
精囊镜	1
消毒篮	1
抓钳	4
导光束	1
活检钳	1