

技术参数

采购人：**郑州市第三人民医院**

设备名称	经皮肾镜	数量	1 套
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否			
设备配置要求及用途：和泌尿外科腔镜系统（主机）匹配，用于上尿路结石碎石等。			
具体技术参数：			
一、总体要求：原装进口。			
*1. 采用带有柱状晶体镜系统的 6 ° 经皮肾镜，长度≥24，蓝宝石镜面。			
*2 广角直视式内镜，外径≤18Fr. 纤细镜体，带倾斜目镜，可高温高压消毒，带有≥13.7Fr. 的器械通道，≤22Fr 外鞘。			
二、售后服务			
2.1 安装地点：医院指定地点			
2.2 安装调试与培训：供货商免费提供设备的安装、调试、人员的培训。			
2.3 2 小时内响应，24 小时内到达用户现场。			

产品配置清单表：

产品名称	数量
穿刺套管,5 件/包	1
导丝，2 件/包	1
扩张套管，直径 3mm	1
经皮肾镜	1

3. 5mm 导光束	1
经皮肾镜扩张系统，5 件套	1
操作鞘，22Fr.	1
鞘芯，可作筋膜扩张	1
抓钳，取大结石，10Fr.	1
三爪抓钳	1
消毒篮	1