

技术参数

采购人： 郑州市第三人民医院

设备名称	胆道镜	数量	1
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否			
设备配置要求及用途：			
具体技术参数：			
1 *电子胆道镜，自动变焦，术中无需进行调焦操作			
2 *光学系统 视野角 120 度（直视）			
景深 3-50mm			
3 先端部 外径 4.9mm			
4 弯曲部 弯曲范围 160 度向上 130 度向下			
5 插入部 外径 5.2mm			
6 长度 工作长度 380mm			
总长度 660mm			
7 钳子管道 内径 2.0mm			

产品配置清单表：

产品配置清单	数量
电子胆道镜	1
测漏器	1
网篮型抓取钳	1
胆道镜持镜钳	1
灭菌盘	1