

技术参数

采购人：郑州市第三人民医院

设备名称	宫腔镜	数量	1 套
设备配置要求及用途：			
具体技术参数：			
一．宫腔镜			
*1、镜体外径 2.9mm，含 2mm HOPKINS II 柱状晶体镜及独立灌流通道。视向角 30° .工作长度 ≥23cm；视场角 ≥90°			
2、内镜与灌流通道整合，提供清晰视野			
3、LUER 灌流接口，带阀门开关；			
4、无需任何附件鞘即可完成单向灌流宫腔镜检查；			
5、镜体头端人体工程学无创设计；			
6、含自动化外鞘定位卡槽≥2 个；			
*7、连续灌流检查鞘：外径≤3.7mm			
8、术中无需拔出镜体即可从单向灌流切换至连续灌流；被动及主动位置可自动定位			
*9、连续灌流操作鞘： 外径≤4.4mm			
10、术中无需拔出镜体即可从单向灌流切换至连续灌流；			
11、提供 5Fr. 器械通道；被动位置及主动位置可自动定位。			
二. 膨宫泵：			
1、流量：宫腔镜模式具有 200/400/600 ml/min 三种流量模式；腹腔镜模式 ≤1300 ml/min；			
2. 压力：宫腔镜模式下压力≤200 mmHg；腹腔镜模式下可提供 100/300/500 mmHg 三种压力；			
3、负压吸引：宫腔镜模式范围 0-(-)0.8 bar；腹腔镜模式范围 0-(-)0.8 bar；			
三．器械部分：			
1 单极电针 5Fr, 长 34CM（数量：1 把）			
2 抓钳，5 Fr，34 cm（数量：1 把）			
3 剪刀，5 Fr，长 34 cm（数量：1 把）			

四. 图文工作站一台
五. 售后服务要求
1. 维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如 2 小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后 24 小时内到达医院，不管是否节假日
2. 保修期内的开机率：投标方保证开机率 95%（按一年 365 天计算）；
3. 备件送达期限：国内不超过 7 天，国外不超过 14 天；
4. 整机免费原厂保修期 1 年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养 1 次。合同由厂家盖章。

产品配置清单:

宫腔镜	1 套
膨宫泵	1 台
单极电针 5Fr,长 34CM	1 把
抓钳，5 Fr，34 cm	1 把
剪刀，5 Fr，长 34 cm	1 把
图文工作站	1 台