

技术参数

设备名称	超声内镜	数量	1 台
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：是 否 ✓			
具体技术参数：			
1、视野角度≥100°			
2、视野方向：55° 前方斜视			
3、景深≤3-100mm			
4、先端部外径≤14.6mm			
5、插入部外径≤12.6mm			
6、有效长度≥1250mm			
7、管道内径≥3.7mm			
8、最小可视距离≤6mm			
9、角度范围上≥130° 下≥90° 左/右≥90°			
10、扫描模式：B 模式、彩色血流模式、能量血流模式			
11、扫描方法：电子凸阵扫描			
12、扫描方向：平行于插入方向			
13、频率：5,6,7.5,10,12MHz			
14、扫描范围：180°			
15、接触方法：水囊法、直接接触法			
16、超声电缆线 1 根			