

技术参数

设备名称	超声小探头系统	数量	1
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：是，与主机配套			
设备配置要求及用途：			
具体技术参数：			
1、显示模式：B 模式			
2、扫描方法：机械式环形扫描			
3、扫描方向：垂直于插入方向			
4、超声频率：20MHz			
5、有效长度：≥2050mm			
6、全长：≥2140mm			
7、插入部：≤2.4mm			
8、最大外径：≤2.5mm			
9、兼容内镜：≤2.8mm			
10、探头驱动器 1 个			