

技术参数

设备名称	光学电子放大胃镜	数量	1 台
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：是 否 ✓			
设备配置要求及用途：			
具体技术参数：			
1、视野角：≥140°（常规观察）≥95°（放大观察）；			
2、视野方向：直视			
*3、视野深度：≤7-100mm（常规观察）≤1.5-3mm(放大观察)；			
4、弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°，向左≥100°，向右≥100°；			
*5、先端部外径：≤10.0mm			
6、插入部外径：≤9.7mm			
7、活检孔内径：≥2.7mm			
8、有效长度：≥1030mm			
9、全长：≥1350mm			
10、具备窄带光观察功能和副送水功能；			
11、最小可视距离：距离先端≤3mm			
*12、一触式插拔无需防水帽。			