

技术参数

设备名称	电子十二指肠镜	数量	2 条
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：是√，与主机配套			
设备配置要求及用途：			
具体技术参数：			
1、视野角：≥100°			
*2、视野方向：后方斜视 105°			
3、视野深度：≤5—60mm			
4、弯曲角度：上≥120°，下≥90°，左≥90°，右≥110°			
5、先端部外径：≤13.6mm			
6、插入部外径：≤11.3mm			
7、活检孔内径：≥4.15mm			
8、有效长度：≥1230mm			
9、全长：≥1550mm			
10、具有副送水功能			
11、最小可视距离：距离先端≤10.0mm			
12、兼容高频电			
*13、具备快速交换系统			