

# 技术参数

|                                    |         |    |   |
|------------------------------------|---------|----|---|
| 设备名称                               | 治疗型电子胃镜 | 数量 | 2 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：是，与主机配套 |         |    |   |
| 设备配置要求及用途：                         |         |    |   |
| 具体技术参数：                            |         |    |   |
| 1、视野角：≥140°                        |         |    |   |
| 2、视野方向：直视                          |         |    |   |
| 3、视野深度：≤4—100mm                    |         |    |   |
| 4、弯曲角度：上≥210°，下≥85°，左/右≥100°       |         |    |   |
| 5、先端部外径：≤10.0mm                    |         |    |   |
| 6、插入部外径：≤10.0mm                    |         |    |   |
| 7、活检孔内径：≥3.2mm                     |         |    |   |
| 8、有效长度：≥1030mm                     |         |    |   |
| 9、全长：≥1350mm                       |         |    |   |
| 10、有副送水功能.                         |         |    |   |
| 11、最小可视距离：距离先端≤3mm                 |         |    |   |
| 12、具备窄波光观察功能                       |         |    |   |
|                                    |         |    |   |