

技术参数

设备名称	内镜冷光源	数量	3 台
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 是，与主机配套			
设备配置要求及用途：			
具体技术参数：			
2. 内窥镜冷光源（3 台）：			
2.1 主灯： ≥300W 氙灯（持续照明≥500H）；			
*2.2 具有特殊光专用滤光系统，同一台光源可实现窄波光和自体荧光功能；；			
2.3 气泵具有调节送气压力≥3 级功能；			
2.4 具有≥17 档自动曝光功能；			
2.5 具有强透光定位功能；			
2.6 双灯自动切换，灯泡工作显示功能；			