

技术参数

采购 郑州市第三人民医院

设备名称	无创呼吸机	数量	1
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否			
设备配置要求及用途：该设备为成年患者提供无创通气，用以治疗呼吸功能不全。			
具体技术参数：			
1、通气模式			
1.1 持续正压通气（CPAP）			
1.2 自主通气（S）自主/定时（S/T）			
1.3 平均容量保证压力支持（AVAPS）✖			
1.4 定时（T）			
1.5 压力调节（PC）			
2、触发灵敏度			
2.1 自动灵敏度触发✖			
2.2 IPAP 压力 4 到 30 厘米水柱，EPAP 压力 4 到 25 厘米水柱，CPAP4 到 20 厘米水柱			
2.3 呼吸频率 0 到 30BMP			
2.4 吸气时间 0.5 到 3.0 秒			
2.5 上升时间 100 到 600 毫秒			
3、监测			
3.1 压力，呼气潮气量估计值，每分钟呼气通气量估计值，呼吸频率，漏气量			
3.2 报警	患者断接，呼吸暂停, 低分钟通气量报警，低潮气量报警，高低压报警		
3.3 目标潮气量	可以以 10ml 为增量，在 200 至 1500ml 范围内进行调节		
3.4 压力延迟上升	0 到 45 分钟		