

技术参数

设备名称	无创呼吸机（小）	数量	3 台
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否			
设备配置要求及用途： 主要用于各种类型呼吸衰竭的治疗			
具体技术参数： 1★. 通气模式要求: 自主呼吸模式 S；时间控制模式 T 自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气 CPAP；压力控制模式 PC 平均容量保证压力支持功能 AVAPS AVAPS 变化速率范围可调 呼气压力释放功能 Bi-Flex 2. 参数调节要求： 2.1 AVAPS AVAPS 速率：0.5-5cmH2O/分钟 IPAP 最小值： EPAP 至 IPAP 最大值 IPAP 最大值： IPAP 最小至 30cmH2O 目标潮气量： 200ml 至 1500ml IPAP 吸气压力： 4-30 cmH2O； EPAP 呼气压力： 4-25 cmH2O CPAP 持续气道正压： 4-20 cmH2O 2.2 呼吸频率： 0-40 次/分(PC/ST 模式) 4-40 次/分（T 模式）			

2.3 吸气时间: 0.5-3.0 秒

2.4 吸气压力上升时间 0.1-0.6 秒可调

2.5 具备压力延迟上升功能 0-45 分可调

2.6 ★一体化加温湿化器, 防水流倒灌技术

2.7 ★吸气触发与呼气切换方式:全自动跟踪调节

★漏气补偿: 全自动漏气补偿, 最大漏气补偿可达 60L/min

2.8 监测参数要求:

吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压, 呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量, 吸呼比

2.9 报警功能要求:

窒息时间报警可调

低分钟通气量报警可调

低呼气潮气量报警可调

呼吸频率高报警可调

病人管路脱落报警可调