

技术参数

采购人：郑州市第三人民医院

设备名称	转运床	数量	2 台
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：是			
设备配置要求及用途：用于重症监护室转运病人。			
具体技术参数：			
基本尺寸：			
1、国际知名品牌，原装进口产品；			
2、规格：床板长度为 $\geq 1900\text{mm}$ ，全宽小于 670mm ，高低升降范围 $\geq 340\text{mm}$ 。			
基本功能：			
1、规格：全长 1930mm ，宽 663mm ，高低升降 $510\text{—}850\text{mm}$ ，背部升降 $0\text{—}70^\circ$ 。			
2、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。			
3、高低调节摇把：金属材质摇杆系统，不易折断。			
4、床板：PP树脂成型制品。			
5、框架：采用钢制/部分铝制品制成。			
*6、护栏板：PP树脂成型两侧护栏板，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。			
7、护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。			
*8、脚轮：中控锁双面轮，四个直径 150mm 的德国TENTE脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。			
9、配置有一个含碳导电脚轮（有黄色标记），起到接地作用，将静电随时转移到地面。			
*10、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。			
11、床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承受 10Kg 。			
12、配有输液架收藏插孔，固定收藏输液架。			
13、配有氧气瓶搁架，可放置容量 500公升 （直径 $105\text{—}115\text{mm}$ ）的氧气瓶。			
*14、配有转运床垫：面料防水加工，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。			

产品配置清单：

产品配置清单	数量
--------	----

1、床本体；	1 台
2、树脂一体式护栏；	2 片
3、德国 Tente 原装双面脚轮（其中 1 只带导电功能）；	4 只
4、德国 Tente 原装中控锁定踏板 ；	4 只
5、中心第五轮 ；	1 套
6、整体升降摇杆；	1 套
7、背部升降气压弹簧 ；	1 套
8、大型底部托盘 ；	1 块
9、标配输液架；	1 根
10、标准输液架插孔 ；	4 个
11、氧气瓶挂架 ；	1 个
12、标配超低摩擦转运床垫 ；	1 张