

技术参数

采购人：郑州市第三人民医院

设备名称	多功能电动床	数量	15 张
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否			
设备配置要求及用途：			
一、具体技术参数：			
1 一键式电动整体升降 470～760mm，升降幅度≥300mm。			
2 一键式电动背部升降 0～65 度。			
3 一键式电动膝部升降 0～25 度。			
*4 双侧头部护栏内置 30 度背部倾角指示器。			
5 双侧中部护栏内置床体倾角指示器			
6 头高脚低位、头低脚高位≥±10 度			
7 床体自动整型功能（背膝联动）。			
8 床体：全长≥2150mm， 全宽≥950mm。			
9 安全承重≥200kg 。			
10 双侧 CPR 床体快速复位键,松手即停，免误操作。			
11 四角输液架插孔，配有 1 个原厂可升降式输液杆			
12 双侧引流袋挂钩。			
*13 下肢血管位			
14 双侧有 10 个固定带挂钩。			
*15 双侧头部护栏外侧内置医护控制键,非线控			
*16 双侧头部护栏内侧内置患者控制键，非线控			
17 原厂减压床垫，厚度≥14cm			
18 可配骨科牵引架			
19 可选床体延长			
二、安全性要求			
1 具备中央制动和定向系统			

* 2 提供符合 IEC 2-52 安全标准的证书。
3 分段式护栏
4 具备床功能锁定键，防误操作。
5 四角滚轮减震器。
6 提供符合 CE 认证证书。
7 IPX 4
三、电机及电池
1 医用直流电机 Linak 品牌，数量 ≥ 3 个，恒速、静音、不漏电，抗电磁。
2 电源要求：220/240V AC，50HZ。
*3 具备内置可充电备用电池，低电时可报警。
四、品牌材质要求
1 进口品牌
2 水平床板可适应各种床垫，具备床垫固定挡。
3 吹塑的床头板、床脚板，带单步拆卸功能， 可用于 CPR。
4 移动式脚轮，防腐蚀、耐酸性、超静音。脚轮直径 $\geq 125\text{mm}$ 。
5 防撞轮 ≥ 4 个。

产品配置清单表：

产品配置清单	数量
床垫	
输液架	