

技术参数

采购人：郑州市第三人民医院

设备名称	转运抢救床	数量	6 张
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否			
设备配置要求及用途：			
具体技术参数：			
一、整体要求			
1. 原装进口，在国内外大型三甲医院均有使用，提供用户名单			
* 2. 要求产品为市场最新品			
二、功能参数要求			
1. 集抢救、转运、留观一体，适合急诊、重症、手术等科室使用			
2. 双液压平衡柱升降设计，全床液压辅助，经久耐用			
* 3. 整床安全承重 $\geq 317.5\text{kg}$ ，非单点式承重			
* 4. 床体长度 $\geq 210\text{cm}$ ，床体宽度 $\geq 81\text{cm}$			
5. 床板宽度 $\geq 66\text{cm}$ ，适用急诊留观等			
6. 提供整床上升、下降功能，配置双侧操作踏板			
7. 整床上升下降范围 55-85cm			
8. 床板最低高度 $\leq 52\text{cm}$ ，便于患者安全上下床，减少坠床风险			
9. 提供靠背提升、下降功能，角度 0-90° 可调，提供双侧液压辅助			
* 10. 提供整床前倾、后倾功能，前倾、后倾角度 $\geq 18^\circ$			
* 11. 提供一步快速体位功能，可以快速达成屈氏体位或反屈氏体位			
12. 提供双侧中央刹车功能，直行、万向、刹车功能一体设计			
13. 提供双侧防撞设计，避免床体通过狭窄区造成的安全风险			
14. 提供四角防撞角轮设计，以方便进入电梯或通过狭窄区域			
15. 床下配置物品槽，可存放转运用维生设备等			
16. 配置氧气瓶槽，适用于转运病人供氧需求等			

17. 配置双侧一体式护栏，可放平以方便平行转移病人
18. 配置 4 个进口防静电脚轮，脚轮尺寸 $\geq 200\text{cm}$
19. 配置可隐藏的推车把手，推动方便轻巧
* 20. 配置防褥疮床垫，厚度 $\geq 75\text{mm}$ ，避免压疮风险
21. 配置原厂三段式输液架，可适用于床头、床尾多位置
22. 可整床高压冲洗，符合感控要求
具体技术参数：
整体要求
1. 原装进口，在国内外大型三甲医院均有使用，提供用户名单
* 2. 要求产品为市场最新品
3. 产品非库存设备，生产日期必须为一年内
二、功能参数要求
1. 集抢救、转运、留观一体，适合急诊、重症、手术等科室使用
2. 双液压平衡柱升降设计，全床液压辅助，经久耐用
* 3. 整床安全承重 $\geq 317.5\text{kg}$ ，非单点式承重
* 4. 床体长度 $\geq 210\text{cm}$ ，床体宽度 $\geq 81\text{cm}$

产品配置清单表：

产品配置清单	数量
床垫	
推把手	
输液架	