

技术参数

采购人： 郑州市第三人民医院

设备名称	垂直升降机	数量	1 台
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否			
设备配置要求及用途：该移位机实现了瘫痪、腿脚受伤的病人或老年人在床、轮椅、座椅、坐便器之间的安全转移，大大减轻了护理人员的工作强度，提高了护理效率，降低了护理风险。			
具体技术参数： 1. ★该产品为全铝合金结构，轻便牢固安全，不使用时产品可整体折叠，存储不占空间。 1.1.脚轮可分腿，分腿距离在：585mm--800mm 范围内任意调节，适用于各类轮椅、座椅、坐便器和病床等位移时的对接。 1.2.后轮带有制动刹车装置，防止吊起病人时移位机滑动，造成护理人员或病人无故受伤。 1.3.该产品的支柱和升降杆之间可以根据需要进行高度调节（调节距离，吊架离地距离：740mm--1780mm），配上吊兜可以从地面开始提升至一个合适的位置。 1.4.★该产品带有安全急停装置。 1.5.在起吊过程中，病人可以 360° 任意旋转，以便获得转运时的最佳体位。 1.6.★吊架为四点固定式吊架，保证使用者安全平稳，最大载重 200KG。 1.7.★（丹麦）力纳克电机、循环充电电池可脱卸更换。 1.8.该产品推动把手符合动力学原理，方便前后推动或侧向移动、旋转。 1.9.★产品带有称重模块显示器，可对使用者进行体重管理。 2.机器结构，机器尺寸： 2.1. 吊臂长度： 1190mm 2.2. 腿可调宽度： 585mm--800mm 2.3. 腿离地高度： 120mm 2.4. 推手高度： 1140mm 2.5.最大载重： 200 KG 2.6.吊架高度： 740mm--1780mm 2.7.净重： 43kg 2.8.马达： 24 V 2.9.输入电源： 220V 50Hz 2.10.前轮： （3" ）双轮 2.11.后轮： （4" ）双轮带刹车			

产品配置清单表

产品配置清单	数量
手持操作器	1
输配线	1
防滑材质吊衣	1
四点承重吊架配称重模块	1
可拆卸式 DC24V 高容量电池	1