

技术参数

设备名称	氩气刀	数量	2 台
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 是 否 ✓			
设备配置要求及用途：			
具体技术参数：			
氩气刀主要技术参数			
序号	内容	备注	
*1	原装进口设备，主机具备液晶屏，全中文显示、触摸键操作。		
2	模块式设计：具备单极模块、双极模块、内镜氩气模块		
3	单极模块部分：		
3.1	切割功率 0～300W，电凝功率 0～120W		
3.3	电切模式≥3 种、电凝模式≥4 种，且每种模式至少有 4 种效果可调		
4	双极模块部分：		
*4.1	双极电切功率 0～100W，双极电凝功率：0～120 W ；		
4.2	启动方式：脚控或自动启动		
5	内镜氩气模块部分：		
5.1	最大电凝功率≥120W，电凝深度可控，最小电凝深 1mm。。		
5.2	氩气流量 0.1-8 升/分钟可控，控制精度达到 0.1 升/分钟；		
5.3	氩气激发最高峰值电压不超过 5000V，保护内镜镜头不被破坏。		
5.4	氩气治疗附件需具备所有器械自动识别功能，即插即用；		
*5.5	治疗附件同时具有可重复使用和一次性使用 2 种类型，且头端具有色环标记，并有直喷、侧喷、环形等多种开口方向的软管可供选择；		
6	其它：		
6.1	要求具有开机自检功能，且同时具有故障代码中文提示		
6.2	具有 NESSY 回路安全监测功能,实时病人监测负极板与病人粘敷情况，且具有新生儿监控系统，当电流超过 300mA，主机自动切断输出		
6.3	具有程序存储和程序控制功能，可根据需要存储 8 组手术程序。		

6.4	设备工作频率输出：≤350KHZ	
*7	升级功能：可升级同品牌内镜冲洗泵	