

技术参数

采购人： 郑州市第三人民医院

设备名称	血气分析仪	数量	6 台
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否			
设备配置要求及用途： 血气分析			
具体技术参数： 1. pH、pO ₂ 、pCO ₂ ，Na ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Cl ⁻ 、Lac、Hct 等 9 项实测参数			
2. Ch ⁺ ，cHCO ₃ ⁻ (P)，cBase(B)，cBase(B,ox)，cBase(Ecf)，cBase(Ecf,ox)，cHCO ₃ ⁻ (P,st),ctCO ₂ (P)，ctCO ₂ (B)，cCa ²⁺ (7.40)，Anion Gap (K ⁺)，Anion Gap，ctO ₂ ,sO ₂ ，ctHb，pO ₂ (A)，pO ₂ (a/A)，pO ₂ (A - a)，Po ₂ (a)/Fo ₂ I,RI 等 20 项计算参数			
3. 未稀释的全血（动脉血、静脉血、毛细血管血等）及专用质控（QC）试剂 自动进样 85 秒出结果			
4. 多种规格测试卡，根据科室需要自由选择，包括 25 人份、50 人份、100 人份、200 人份、300 人份			
5. 测试卡货架期 120 天，测试卡上机效期 30 天和 60 天（带乳酸 30 天），试剂包货架期 155 天，上机效期 60 天			
6. 患者检测结果：500，手动质控结果：500，2 点定标结果： 500，事件记录：15000，用户 ID： 无限定，数据 U 盘下载			
7. 常温 2 - 25° C 储存（乳酸测试卡 2 - 8° C）			
8. 只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作			
9. 有单向、双向连接外部 Lis 软件或网络的能力			

产品配置清单表：

产品配置清单	数量
主机	一台
电源线	一根
打印纸	一盒
说明书	一本
血气手册	一本

