

政府采购进口产品论证专家基本情况登记表

填报单位

姓名	出生年月	学历	工作单位	现从事专业	职称(执业资格)	从业时间	联系电话
吴亚	1980.07	博士	河南中医药大学	医疗	副教授	2009(11月)	13783569267
刘以海	1964.05	硕士	中医研究所	医疗	主治医师	1985.3.5	15938703956
许修强	1977.02	硕士	解放军第988医院	医疗	高工	2008(12月)	15515589516
王计太	1965.08.28	本科	河南省中医院	医疗	主治医师	1988年起	13838094695
李静	1975.07	硕士	郑州市中医院	计算机	高工	1997	18538065901

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第九人民医院
拟采购产品名称	全数字化彩色多普勒超声诊断系统
拟采购产品金额	260 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	郑州市第九人民医院全数字化彩色多普勒超声诊断系统项目
采购项目所属项目金额	260 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院超声科现需要一台高端全身多功能彩超，必须满足超声的科研工作及常规的临床需求，目前国产彩超的技术参数及功能还无法满足需求，具体说明如下： 1、进口彩超具备较多核心技术，如：超微细血流成像技术、可显示微细低速血流信号、高分辨率血流成像技术；组织硬度值的测量、可全面实时定量诊断，而且这些技术提高了图像的分辨率及穿透力，方便临床早期发现微小病灶。 2、超声探头是超声检测系统的重要组件，其性能会直接影响检测结果。探头的发射频率主要是由晶体的厚度决定的，而晶片形状则确定了声束的形状和声场分布等重要特性。探头频率越高，分辨率越高，但穿透性与频率呈反比。进口探头结构紧密、核心材质更佳、使用寿命长等优势。 3、进口彩超匹配性更好，图像衰减度更慢，处理速度更快，稳定性更佳，设备故障率低，寿命长。 目前，市场上国产彩超不能同时满足上述要求，为满足医院诊断水平和科研方面的需求，特申请购买全身机高端彩超一台。 因此，需要采购进口产品。	

三、专家论证意见

该设备稳定性更佳、寿命长、分辨率高,而国产设备不及进口设备性能强,结合本院院诊断水平和科研需求,~~是~~^{同意}购买进口产品。

专家签字: 李静

2020年9月28日

该设备进口产品具备多核心、技术,可把高图像分辨率及穿透力,及时发现微小病灶,同时具有寿命长、材质佳等优势,同意购买进口产品。

专家签字: 许俊廷

2020年9月28日

目前国产设备在探头规格、成像技术和处理速度等方面不能满足采购人的临床和科研要求,同意购买进口产品。

专家签字: 吴亚

2020年9月28日

该设备国内产品分辨率及穿透力以及定量诊断不及进口产品;尤其是探头,结构、核心材质更优,分辨率更高,使用壽命更长。

专家签字: 刘洁

2020年9月28日

拟进口产品又违反法律法规政策的禁止性规定,予以进口。产品技术指标及国内供应情况,请结合技术意见确定。

专家签字: 姚庆全

2020年9月28日