

政府采购进口产品论证专家基本情况登记表

填报单位

姓名	出生年月	学历	工作单位	现从事专业	职称 (执业资格)	从业时间	联系电话
陈新	1953.12	本科	河南省科学院	医学仪器	高级工程师	1982	13607692061
陈新	1964.3	本科	河南省科学院	医学仪器	工程师	1987	13598808059
陈新	1973.1	本科	河南省科学院	医学仪器	高级工程师	1996	13073716321
陈新	1969.11	本科	河南省科学院	医学仪器	中级工程师	2006	13838227222
李新	1969.7	研究生	河南省科学院	医学仪器	高级工程师	2007	13007618241

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	河南省胸科医院
拟采购产品名称	高端螺旋 CT
拟采购产品金额	2000 万元（数量：1 套）
采购项目所属项目名称	河南省胸科医院高端螺旋 CT 采购项目
采购项目所属项目金额	2000 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 我院购置盖设备主要用于全身各部位的常规 CT 平扫、增强扫描，能够多平面重建、三维重建等。高端 CT 能够一次扫描覆盖全身脏器，能够提供最宽、速度最快、辐射剂量最低、最清晰的能谱 CT 图像，心血管成像、肿瘤成像、功能成像、骨科成像、低剂量筛查等。是一种无创性的检查手段；能谱成像，可对组织成分进行定性、定量分析，对肿瘤进行鉴别。对肺癌早期发现、早期治疗有非常大的意义。无限制单心跳心脏成像 30ms 以内的单扇区三维时间分辨率，无论高心率、心律不齐，只需一次心跳，完成冠脉扫描；动态心肌灌注对于评价心肌是否缺血具有重要意义，只需一次对比剂注射，同步获得冠脉 CTA 及动态心肌灌注数据，并且解剖和灌注可分别设置扫描条件，既保证了冠脉图像清晰，又实现了低剂量灌注。目前最新的 CT 成像技术，如无限制单心跳心脏成像、超低剂量成像、超低对比剂用量成像、能谱成像、类病理成像等，都只能在进口超高端平台上实现，国产品牌目前无法达到高级临床应用性能和技术指标。且集能谱、宽体、时间分辨率三个发展方向为一身的超高端 CT，目前只有进口品牌才能够满足以上功能和需求，该档次的设备还没有实现国产化。因此，需要采购进口产品。	

三、专家论证意见

国内暂无同类的百档CT产品,现有产品难以满足临床诊断的需求.

专家签字:

陈学平

2020 年 9 月 17 日

所购CT国内尚无同类产品

专家签字:

李京华

2020 年 9 月 17 日

国产品牌产品目前均无法达到同档次临床要求,故同意采购进口产品.

专家签字:

丁

2020 年 9 月 17 日

本次采购的高端螺旋CT,此要求的性能国产品种.目前尚无法达到.故同意采购进口产品.

专家签字:

2020

2020 年 9 月 17 日

所购产品不属于国家有关部门规定的限制类和禁类进口产品的范围,符合有关法律法规的规定.同意采购进口产品.

专家签字:

李习丁

2020 年 9 月 17 日