



进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购
采购项目金额	250 万元
拟采购进口产品名称及金额	高清电子胃肠镜 1 套
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ✓ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购高清电子胃肠镜 1 套，该设备为我院服务能力提升项目设备，其目的在于提升我院食管癌早期病灶的筛查水平，该设备需要较高的成像质量及相关特殊光（如：窄带光）技术的支持。进口产品性能较为稳定、成像质量较高，其他品牌的国内产品起步较晚，技术上还有较明显的差距，无法满足食管癌早期病灶的筛查的使用需求。 该产品进口设备的引进，从满足临床使用，满足患者治疗需求考虑，特申请采购该产品进口设备。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 该设备进口产品技术成熟，图像质量好，使用周期长故障率低，且具有窄带光415nm蓝光+540绿光的功能，是早癌诊断的金标准。因国内相关产品与之相比尚有一定差距，建议采购进口产品。 专家签字：  2021年 4月15日	


进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购
采购项目金额	250 万元
拟采购进口产品名称及金额	高清电子胃肠镜 1 套
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ☒ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购高清电子胃肠镜 1 套，该设备为我院服务能力提升项目设备，其目的在于提升我院食管癌早期病灶的筛查水平，该设备需要较高的成像质量及相关特殊光（如：窄带光）技术的支持。进口产品性能较为稳定、成像质量较高，其他品牌的国内产品起步较晚，技术上还有较明显的差距，无法满足食管癌早期病灶的筛查的使用需求。 该产品进口设备的引进，从满足临床使用，满足患者治疗需求考虑，特申请采购该产品进口设备。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 目前，电子胃肠镜进口设备的性能和国产设备差别很大。特别是该设备用于早癌筛查，早癌筛查的金标准“窄带光”技术是国产设备所不具备的。因此为了满足临床需求，建议采购进口产品。	
专家签字：  2021 年 4 月 15 日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购
采购项目金额	250 万元
拟采购进口产品名称及金额	高清电子胃肠镜 1 套
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ✓ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购高清电子胃肠镜 1 套，该设备为我院服务能力提升项目设备，其目的在于提升我院食管癌早期病灶的筛查水平，该设备需要较高的成像质量及相关特殊光（如：窄带光）技术的支持。进口产品性能较为稳定、成像质量较高，其他品牌的国内产品起步较晚，技术上还有较明显的差距，无法满足食管癌早期病灶的筛查的使用需求。 该产品进口设备的引进，从满足临床使用，满足患者治疗需求考虑，特申请采购该产品进口设备。	
专家论证意见： （不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 为提升医院食管癌早期病灶的筛查水平，要求采购产品具备较高的成像质量及相关特殊光技术的支持。由于进口产品性能较为稳定、成像质量好、精度高，其它品牌的国产产品研发较晚，技术上还有明显的差距，无法满足食管癌早期病灶的筛查要求，因此建议所采购产品选择进口产品。	
专家签字：_____ 2021 年 6 月 15 日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购
采购项目金额	250 万元
拟采购进口产品名称及金额	高清电子胃肠镜 1 套
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ✓ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购高清电子胃肠镜 1 套，该设备为我院服务能力提升项目设备，其目的在于提升我院食管癌早期病灶的筛查水平，该设备需要较高的成像质量及相关特殊光（如：窄带光）技术的支持。进口产品性能较为稳定、成像质量较高，其他品牌的国内产品起步较晚，技术上还有较明显的差距，无法满足食管癌早期病灶的筛查的使用需求。 该产品进口设备的引进，从满足临床使用，满足患者治疗需求考虑，特申请采购该产品进口设备。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 国内同类产品及技术指标国外产品性能稳定成像质量较高使用周期长故障率低，本产品技术方面存在差距，建议采购进口产品，以保障临床服务能力稳步提升。 专家签字：  2022年4月15日	

进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购
采购项目金额	250 万元
拟采购进口产品名称及金额	高清电子胃肠镜 1 套
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他：（ ☒ ）	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购高清电子胃肠镜 1 套，该设备为我院服务能力提升项目设备，其目的在于提升我院食管癌早期病灶的筛查水平，该设备需要较高的成像质量及相关特殊光（如：窄带光）技术的支持。进口产品性能较为稳定、成像质量较高，其他品牌的国内产品起步较晚，技术上还有较明显的差距，无法满足食管癌早期病灶的筛查的使用需求。 该产品进口设备的引进，从满足临床使用，满足患者治疗需求考虑，特申请采购该产品进口设备。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 采购该进口产品并不违反国家相关法律法规强制性规定。	
专家签字：周某某 2021 年 4 月 15 日	