
河南科技大学第一附属医院
肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购

单一来源采购文件

采购编号：HNWXLY（2021）0505



采 购 人：河南科技大学第一附属医院

采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

日 期：二〇二一年五月

目 录

供应商须知前附表	1
第一部分 单一来源采购公示	7
第二部分 单一来源谈判邀请书	9
第三部分 采购项目要求	11
第四部分 评审原则与评定成交的标准	16
第五部分 供应商须知	18
第六部分 合同样式	23
第七部分 响应文件格式	27

供应商须知前附表

序号	名 称	内 容
1	采购人	名 称：河南科技大学第一附属医院 地 址：洛阳市涧西区景华路 24 号 联系人：屈老师 电 话：0379-62218520
2	代理机构	名 称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地 址：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心 7 楼 707 室 联系人：张女士/郭女士 电 话：（0379）60160751/80866707 邮 箱：hnwx812@163.com
3	项目名称	河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购
4	采购编号	HNWXLY（2021）0505
5	资金来源	自筹资金
8	采购内容	电子胃肠镜 3 套,具体要求详见采购内容及要求
9	采购范围	详见采购文件第三部分
10	标段划分	本次采购共划分为一个标段
11	预算控制金额	760 万元
12	交货期	合同生效后 30 日历天内
13	质保期	整机质保，不少于 1 年
14	供应商资格要求	1、供应商应具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照。须在响应文件中附有效的营业执照复印

	件并加盖供应商公章； 2、供应商应具有医疗器械经营许可证并具有相应的经营范围，须在响应文件中附医疗器械经营许可证复印件并加盖供应商公章； 3、所投产品须具有有效期内的医疗器械注册证（备案证），须在响应文件中附医疗器械注册证（备案证）复印件并加盖供应商公章； 4、投标产品为进口产品的，须提供生产制造商或授权代理商出具的唯一授权函及售后服务承诺书。须在响应文件中附唯一授权函及售后服务承诺书的复印件并加盖供应商公章。 5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法失信案件”的供应商将被拒绝参加响应。须在响应文件中附本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图并加盖供应商公章； 6、供应商须提供 2020 年度的财务报表（须包含资产负
--	---

		债表、现金流量表和利润表),不足一年的须提供成立至今的财务报表,须在响应文件中附财务报表复印件并加盖供应商公章; 7、供应商须提供近自 2020 年 10 月至今任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料,须在响应文件中附证明资料的复印件并加盖供应商公章:主要是指供应商有效期内的税务登记证(供应商提供加载有统一社会信用代码“多证合一”营业执照的,视为已提供税务登记证)以及缴纳增值税或企业所得税的凭据(完税凭证或专用收据或银行转账凭证),缴纳社会保险的凭据(完税凭证或专用收据或社会保险缴纳清单)。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
15	是否接受联合体谈判	不接受
16	是否允许分包	不允许
17	获取单一来源采购文件时间	2021 年 5 月 8 日 18 时 00 分前, 每日 8:30-11:30, 14:30-18:00 (北京时间, 节假日除外)
18	谈判承诺函	本次采购无需缴纳谈判保证金。 响应人须提供承诺函承诺参与本项目不得出现以下情形: (1) 响应人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的; (2) 响应人在响应文件中提供虚假材料的;

		(3) 除因不可抗力或响应文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的； (4) 响应人与采购人、其他响应人或者采购代理机构恶意串通的。 响应人不按要求提交谈判承诺函的，谈判小组将否决其响应。
19	响应文件份数	一份正本、三份副本、一份电子版，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。本次采购不退还响应文件。
20	是否需要提交电子版响应文件	需要。以 U 盘形式递交。电子版响应文件与纸质版正本响应文件不一致的，以纸质版正本响应文件为准。
21	供应商提出问题或要求 澄清单一来源采购文件的截止时间	提交响应文件截止时间 2 个工作日前，由供应商的被授权人提交书面材料（盖公章）。 在响应文件截止时间前 2 个工作日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。
22	谈判有效期	提交响应文件截止之日起 60 日历天，有效期短于该期限的谈判将被拒绝。
23	响应文件装订要求	供应商应将响应文件装订成册（胶装，牢固，不接受活页装订），有目录、有页码。
24	响应文件密封要求	响应文件正本和副本用非透明文件袋或包装材料密封包装，外包装材料上注明项目名称、并加盖供应商公章。
25	响应截止时间	2021 年 5 月 12 日 14 时 00 分。 逾期提交或未按规定密封的响应文件不予接受。
26	提交响应文件地点	洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心 7 楼第一会议

		室
27	代理服务费	本次采购代理服务费由中标单位支付,参照国家发展和改革委员会办公厅《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的收费标准的80%收取。
28	履约保证金	/
29	监督机构	河南科技大学第一附属医院纪委。
30	其他	本次成交结果将在《河南省政府采购网》、《河南科技大学第一附属医院网》网上发布。

第一部分 单一来源公示

河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购 单一来源采购公示

河南科技大学第一附属医院,就河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购拟采用单一来源方式采购,现公示如下:

一、项目概况:

1、项目名称:河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购

2、资金来源:自筹资金

3、采购内容:高清电子胃肠镜 1套,具体要求详见采购内容及要求。

4、供货地点:河南科技大学第一附属医院指定地点

二、采购方式:拟采用单一来源采购

三、采用单一来源采购方式的原因及相关说明:

我院拟采购高清电子胃肠镜,我院为“城市癌症早诊早治项目”洛阳市承担单位,奥林巴斯为“城市癌症早诊早治项目”设备的支持单位,“窄带光 415nm 蓝光+540nm 绿光”具有独特性,且该功能为行业内消化道早癌诊断的金标准。根据市场调查,包含此功能的设备只有奥林巴斯品牌最完备。为了提高消化道癌早期病变的诊断能力,改善相对落后的设备条件,提高“城市癌症早诊早治项目”的工作质量。拟采用单一来源方式采购,由奥林巴斯品牌在河南的唯一代理商河南康桥科技有限公司承担本设备供货。

四、拟成交供应商:

拟成交供应商:河南康桥科技有限公司

地 址:郑州市金水区凤鸣路1号院6号楼4层414、5层514A

五、公示期:

公示期限从2021年4月20日起至2021年4月26日止。

任何响应人、单位或个人对采用单一来源采购方式有异议的，请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至采购人，附相关证明和依据材料，法定代表人授权委托书，被授权人身份证复印件（查看身份证原件）。

六、发布公示的媒介：

本次公示在《河南省政府采购网》、《河南科技大学第一附属医院网》网上同时发布。公示期为五个工作日。

七、联系方式

采 购 人：河南科技大学第一附属医院

地 址：洛阳市涧西区景华路 24 号

联 系 人：屈老师

联系电话：0379-62218520

代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地 址：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心 707 室

联 系 人：张女士

联系方式：0379-60160751/80866707

监督单位：河南科技大学第一附属医院纪委

联系电话：0379-64811609

附件 1：单一来源采购专家论证意见

附件 2：采购内容及技术要求

2021 年 4 月 20 日

第二部分 单一来源谈判邀请书

河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购 单一来源谈判邀请书

致：河南康桥科技有限公司

河南省伟信招标管理咨询有限公司受河南科技大学第一附属医院的委托，对河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购进行单一来源采购，现诚邀你单位参加该谈判活动。

一、项目名称：河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购

二、采购编号：HNWXYLY（2021）0505

三、采购内容和要求

1、采购内容：电子胃肠镜 3 套

2、要求：具体要求详见采购内容及要求

四、资金来源：自筹资金

五、预算控制金额：760 万元

六、单一来源采购文件的获取：

时间：2021 年 5 月 8 日 18 时 00 分前，每日 8:30-11:30，14:30-18:00（北京时间，节假日除外）；

地点：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心 7 楼 707 室；

单一来源采购文件 500 元/份，售后不退

获取文件时须携带的资料：法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件及加盖公章的复印件；

七、谈判响应书的递交：

响应文件递交截止时间：2021 年 5 月 12 日 14 时 00 分

递交地点：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心 7 楼第一会议室

八、谈判时间和地点：

同谈判响应书递交截止时间和地点。

九、联系方式：

采 购 人：河南科技大学第一附属医院

地 址：洛阳市涧西区景华路 24 号

联 系 人：屈老师

联系电话：0379-62218520

代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地 址：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心 707 室

联 系 人：张女士/郭女士

联系方式：0379-60160751/80866707

监督单位：河南科技大学第一附属医院纪委

联系电话：0379-64811609

2021 年 5 月 7 日

第三部分 采购内容及要求

一、项目总体要求

1、采购内容：电子胃肠镜 3 套

2、预算控制金额：760 万元

二、技术参数

（一）影像处理器（主机/光源要求分体设计）：3 套

序号	要 求
1	全数字式电路设计
*2	具有特殊光观察功能（窄带光及自发荧光成像观察）
3	具有模拟 HDTV 信号输出功能（可以选择 RGB 或 YPbPr 输出）
4	具有模拟 SDTV 信号输出功能（VBS 复合端口、Y/C、RGB；可以同时输出）
5	具有彩虹现象修正功能
6	具有 IHB 色图显示功能
7	具有 ≥ 3 种视频输出方式
8	具有画面大小切换功能
9	具有 ≥ 3 种的轮廓强调和构造强调功能
10	具有自动增益控制功能
11	具有色彩强调功能 ≥ 14 级
12	具有预冻结功能
13	具有快速实时冻结功能
14	具有 ≥ 3 种的测光模式选择功能
15	具有病人资料存储，医生数据预置功能
*16	兼容性：可连接同一品牌胃镜、结肠镜，支气管镜、电子软性胸腔镜、十二指肠镜、超声小探头系统，超声内镜

(二) 冷光源（要求和主机分体设计）：3 套

序号	要 求
1	主灯： $\geq 300\text{W}$ 氙灯（色温 $\geq 5600\text{K}$ ，持续照明 $\geq 500\text{H}$ ）
2	具有特殊光专用滤光系统（窄带光及自发荧光）
3	气泵具有调节送气压力 ≥ 3 级功能
4	具有 ≥ 17 档自动曝光功能
5	具有强透光定位功能
6	双灯自动切换，灯泡工作显示功能

(三) 治疗型电子胃镜：4 条

序号	要 求
1	视野角： $\geq 140^\circ$
2	视野深度： $\geq 3-100\text{mm}$
3	视野方向：直视
4	弯曲角度：向上 $\geq 210^\circ$ ，向下 $\geq 90^\circ$ ，向左 $\geq 100^\circ$ ，向右 $\geq 100^\circ$
5	先端部外径： $\leq 9.9\text{ mm}$
6	插入部外径： $\leq 9.9\text{mm}$
7	活检孔内径： $\geq 3.15\text{ mm}$
8	有效长度： $\geq 1020\text{ mm}$
9	副送水功能
10	有内镜信息记忆功能

(四) 高清放大电子胃镜：2 条

序号	要 求
1	视野角：普通观察 $\geq 140^\circ$ 放大观察 $\geq 95^\circ$
2	视野深度：普通观察 $\leq 7-100\text{mm}$ 放大观察 $\leq 1.5-3\text{mm}$
3	视野方向：直视
4	弯曲角度：向上 $\geq 200^\circ$ ，向下 $\geq 90^\circ$ ，向左 $\geq 100^\circ$ ，向右 $\geq 100^\circ$
5	先端部外径： $\leq 9.9\text{mm}$
6	插入部外径： $\leq 9.7\text{mm}$
7	活检孔内径： $\geq 2.75\text{mm}$
8	有效长度： $\geq 1020\text{ mm}$
9	有内镜信息记忆功能
10	副送水功能
*11	一键式插拔内镜（洗消时无需防水帽）

(五) 高清电子结肠镜：2 条

序号	要 求
1	视野角： $\geq 170^\circ$
2	视野深度： $\geq 3-100\text{mm}$
3	视野方向：直视
4	弯曲角度：向上 $\geq 180^\circ$ ，向下 $\geq 18^\circ$ ，向左 $\geq 160^\circ$ ，向右 $\geq 160^\circ$
5	先端部外径： $\leq 12.2\text{mm}$
6	插入部外径： $\leq 12.\text{ mm}$

7	活检孔内径： ≥ 3.2 mm
8	有效长度： ≥ 1320 mm
9	副送水功能
10	具有强力传导、智能弯曲、可变硬度功能
11	一键式插拔、洗消时无需防水帽

（六）高清电子放大结肠镜：1 条

序号	要 求
1	视野角：广角 $\geq 170^\circ$ 长焦 $\geq 85^\circ$
2	视野深度：广角 $\geq 7-100$ mm，长焦：1-2mm
3	视野方向：直视
4	弯曲角度：向上 $\geq 180^\circ$ ，向下 $\geq 180^\circ$ ，向左 $\geq 160^\circ$ ，向右 $\geq 160^\circ$
5	先端部外径： ≤ 11.7 mm
6	插入部外径： ≤ 11.8 mm
7	活检孔内径： ≥ 3.2 mm
8	有效长度： ≥ 1320 mm
9	副送水功能
10	具有强力传导、智能弯曲、可变硬度功能
11	一键式插拔、洗消时无需防水帽

(七) 治疗型电子气管镜：1 条

序号	要 求
1	视野角： $\geq 120^\circ$
2	视野深度： $\leq 2-100\text{mm}$
3	视野方向：直视
4	弯曲角度：向上 $\geq 180^\circ$ ，向下 $\geq 130^\circ$
5	先端部外径： $\leq 5.9\text{mm}$
6	插入部外径： $\leq 6.0\text{mm}$
7	活检孔内径： $\geq 2.9\text{mm}$
8	具有插入管旋转功能，左或右可旋转 120°

(八) 检查型胃镜：1 条

序号	要 求
1	视野角： $\geq 140^\circ$
2	视野深度： $\leq 3-100\text{mm}$
3	视野方向：直视
4	弯曲角度：向上 $\geq 210^\circ$ ，向下 $\geq 90^\circ$ ，向左 $\geq 100^\circ$ ，向右 $\geq 100^\circ$
5	先端部外径： $\leq 8.9\text{mm}$
6	插入部外径： $\leq 8.9\text{mm}$
7	活检孔内径： $\geq 2.8\text{mm}$
8	一键式插拔内镜（洗消时无需防水帽）

第四部分 评审原则与评定成交的标准

一、 评审前附表

条款	审查因素	审查标准
资格性 审查标 准	营业执照	具备有效的营业执照
	医疗器械经营许可证	符合供应商须知前附表的规定
	医疗器械注册证（备案证）	符合供应商须知前附表的规定
	制造商（授权代理商）授权及售后服务承诺（进口产品提供）	符合供应商须知前附表的规定
	信用记录	符合供应商须知前附表的规定
	财务报表	符合供应商须知前附表的规定
	纳税证明	符合供应商须知前附表的规定
	社会保障资金证明	符合供应商须知前附表的规定
符合性 评审标 准	供应商名称	供应商名称与营业执照一致
	谈判承诺函	符合供应商须知前附表的规定
	响应文件签名盖章	按照采购文件中提供的单一来源采购文件格式和要求签名、盖章
	响应文件格式	符合采购文件中提供的单一来源采购文件格式
	谈判报价	不超过预算控制金额
	交货期	符合供应商须知前附表的规定
	质保期	符合供应商须知前附表的规定
	谈判有效期	符合供应商须知前附表的规定
	采购内容及要求	符合第三部分采购内容及要求的规定

二、谈判原则与评定成交的标准

2.1 为了维护政府采购的严肃性，本次谈判严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则来进行；

2.2 参加谈判供应商及最终报价的前提：参加谈判供应商的必须实质性满足本单一来源采购文件的要求。

2.3 谈判内容：

- a、对谈判文件所提供服务的响应情况
- b、报价
- c、整体项目实施方案的合理优化、先进性
- d、参加谈判供应商的企业信誉、履行合同的能力
- e、其他谈判小组认为必须考虑的因素

2.4 谈判方式：

2.4.1 由谈判小组成员集中与参加谈判供应商进行谈判；

2.4.2 在商谈期间，谈判供应商试图向采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其商谈被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

2.5、成交原则：

2.5.1 采购小组根据价格、质量、供应商实力及服务承诺等因素确定成交供应商。

2.5.2 成交供应商应报价合理，质量和服务均能满足单一来源采购文件实质性要求。

2.5.3 谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署；

第五部分 供应商须知

1、说明

1.1 本次单一来源采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

2、定义及解释

2.1 采购人——见供应商须知前附表。

2.2 供应商——指响应谈判、参加谈判竞争，并向采购人、采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.3 采购代理机构——指受采购人委托组织本次采购的采购代理机构。

2.4 谈判小组：是指依照《中华人民共和国政府采购法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定组建的专门负责本次谈判活动工作的临时机构。

2.5 公章——指供应商的行政章，采购人、采购代理机构不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章、有序号的章等印鉴）的响应文件。

2.6 天（日）——指日历天。

3、谈判费用

供应商应自行承担参加采购活动有关的全部费用，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4、单一来源采购文件构成

4.1 单一来源采购文件用以阐明采购的情况和相应的合同条款。单一来源采购文件由下述部分组成：前附表、单一来源公示、单一来源谈判邀请书、采购项目要求、供应商须知、合同条款、响应文件的格式。

5、响应文件

5.1 响应文件的要求

供应商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容，按单一来源采购文件的要求编写响应文件，不得缺少或空留任何单一来源采购文件要求填写的部分，并保证所提供的全部资料的真实性。响应文件应对单一来源采购文件的要求做出实质性响应，不得随意更改或删除，如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代理人签章，否则，其将会被拒绝。

5.2 响应文件的编制

供应商应仔细阅读充分理解单一来源采购文件的所有内容（包括补充变更内容），按单一来源采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对谈判文件做出实质性响应，否则，其响应文件可能被拒绝。

响应文件应包括下列部分：

响应书

开标一览表

关于资格的声明函

法定代表人授权书

谈判承诺函

反商业贿赂承诺书

技术参数一览表

技术参数偏差表

产品配置清单

备品、备件一览表

质保期外备品、备件报价表

安装、调试方案

质保期承诺

资格审查相关证明文件

采购文件中要求的其它内容

注：供应商应将响应文件装订成册（胶装），有目录、有页号。

5.3 响应文件格式

供应商应按单一来源采购文件中第七部分响应文件格式填写，供应商认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

6、报价

6.1 报价应为完成本次采购内容的所有工作所需的一切费用，报价不得超过采购预算价。所有报价均按单一来源采购文件格式编写，以人民币为单位。

6.2 本次采购为单一来源采购，允许供应商在规定的时间内进行二次报价。

7、响应文件有效期

7.1 响应文件有效期为提交响应文件截止之日起 60 日历天。

7.2 特殊情况下，采购人可于谈判有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。

8、响应文件的签署及密封

8.1 供应商应提交一份正本、三份副本和一份电子版，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。响应文件须用 A4 幅面纸张打印装订，有目录、页码，须胶装成册。

8.2 响应文件的正本必须由供应商的法定代表人或正式授权的供应商代表在规定签章处签字加盖公章，副本可为签字盖章后的正本复印件或者按与正本一致的要求进行签字盖章。

8.3 响应文件均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。响应文件字迹模糊不清，导致评委无法认定是否实质性响应谈判文件的，其谈判无效。

8.4 电报、电话、传真、电子邮件形式的谈判概不接受。

8.5 供应商应将响应文件正本和副本用非透明文件袋密封，密封袋上要求详见前附表，密封袋的封装处加盖供应商公章。

9、谈判小组

9.1 采购人将根据采购项目的特点组建谈判小组，谈判小组的构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人，评标专家确定方式：从相关专家库中随机抽取，其成员由采购人代表和经济、技术、商务等方面的专家组成。谈判小组依法根据单一来源采购文件的规定对供应商的应答文件进行评审，和供应商进行谈判。

10、谈判的程序

10.1 采购代理机构将在“谈判供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判供应商的谈判资格。

10.2 谈判采购的全过程由采购代理机构主持，谈判小组成员、监督部门以及

有关工作人员参加。

10.3 谈判小组应就采购项目的技术要求、市场价格、服务承诺等与供应商进行谈判；

10.4 最后报价的填报由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，是供应商响应文件的有效组成部分，对供应商具有约束力。

11、响应文件的审查

11.1 形式检查。见第四部分“评审原则与评定成交的标准”一、评审前附表之“形式评审标准”。

11.2 资格性检查。依据法律法规和单一来源采购文件的规定，谈判小组对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定谈判供应商是否具备谈判资格。如果确定供应商不符合单一来源采购文件对资格的要求，其谈判将被否决。

11.3 符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组将从响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购的响应程度进行审查，以确定响应文件是否实质性响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务。如果确定供应商未通过符合性检查，其谈判将被否决。

12、谈判原则及评定成交的标准：

12.1 详见第四部分“评审原则与评定成交的标准”。

12.2 谈判小组应当按照单一来源采购文件第四部分规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行谈判。单一来源采购文件中没有规定的方法、评审因素、标准和程序，不作为评标依据。

13、谈判报告

谈判结束后，谈判小组将根据谈判结果（最后报价是否高于政府采购预算金额，供应商是否提出采购人无法接受的条款等），向采购人提出是否成交的意见，供采购人决定是否成交，并出具谈判报告。

14、成交通知书

14.1 评审结束后，代理机构当即在《河南省政府采购网》、《河南科技大学第一附属医院网》等相关媒介发布该项目成交结果公示，同日向成交供应商发出

成交通知书。成交人应在发布成交结果公告后的 2 个工作日内领取成交通知书，逾期未领的，视同第 1 个工作日内已领取。《成交通知书》对采购人和成交人均具有法律效力。

14.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

15. 签订合同

15.1 采购人、成交供应商在成交通知书发出之日起 30 日内，根据单一来源采购文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

15.2 单一来源采购文件、成交供应商的应答文件及补充文件、协谈判判过程中有关澄清文件、经双方签字的谈判纪要和成交通知书，均应作为签订合同的依据。

15.3 拒签合同的责任：供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以谈判违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

16. 付款方式：

货到安装验收合格后 90 日历天内付合同总价款的 90%，质保期满一年付 10%。

第六部分 合 同(样本)

医院合同编号： _____ 公司合同编号： _____

甲方： 河南科技大学第一附属医院（以下简称甲方）

地址： 洛阳市涧西区景华路 24 号

邮编： 471003

合同联系人：

联系电话：

传真： 0379-64830952

乙方： XXXXXXXXX 有限公司（以下简称乙方）

地址：

邮编：

合同联系人：

联系电话：

传真：

为保证甲方设备的安全正常使用，乙方接受甲方委托，对甲方的协议设备供货。为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方友好协商签订本合同。

1 采购内容：

高清电子胃肠镜 3 套

2 务目标及协议有效期

2.1 服务目标

服务设备年度开机率高于 95%（按 365 日计算，停机时间不能超过 18 天）。

注：开机率=（基础工作时间-停机工作时间）/基础工作时间

2.2 合同有效期

本合同有效期自_____年____月____日到_____年____月____日止。

3 付款方式

3.1 货到安装验收合格后 90 日历天内付合同总价款的 90%，质保期满一年付 10%。

3.2 服务响应

3.2.1 乙方提供技术支持热线：

报修热线电话：_____，乙方根据甲方设备出现故障的报修通知，及时为甲方安排技术电话支持服务（24 小时 X365 天）。

3.2.2 具有完善的售后服务体系，并在省内有固定专业维修机构及维修人员。在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应 2 小时内作出回应，并在 24 小时内派员到达买方现场实施维修。如需更换设备配件，供应商需在 48 小时内提供维修配件供采购人使用。

3.3 质量管理

3.2.1 乙方交货后，须向甲方出示产品检验合格单。性能指标与该设备生产厂家提供的性能指标相符；经甲方测试认可后，完成验收。

4 甲方义务

4.1 甲方在协议设备出现故障后，及时通知乙方；

4.2 甲乙双方有责任保密本协议之内容及相关服务；

4.3 设备发生转移或转让时，甲方应及时通知乙方。

5 违约处理

5.1 违约终止本协议：

6.1.1 乙方对本项目的服务应委派专人负责，在合同履行中未经业主同意不得擅自更换他人。在项目实施过程中，若发现中标人有转包或未经甲方同意擅自分包的，甲方有权终止合同并拒绝支付剩余款项，由此造成的一切损失由乙方负责。

6.1.2 如果中标人在履行合同过程中，一年内停机超过 30 天或连续停机超过 10 天，招标人有权终止合同。

甲乙双方须严格按合同约定执行，如其中一方未能按照合同约定执行，由于毁约而造成另一方的损失，由毁约方承担。任何争议如经过协商无法解决，双方均可在甲方所在地的法院提出诉讼。

7. 其它说明：

本协议（合同）一式陆份，甲方四份、乙方两份，双方签字盖章后生效。

未尽事宜，双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与合同本身具同等法律效力。

甲方：河南科技大学第一附属医院

乙方：XXXXXXXXX 有限公司

签字：法定代表人

签字：法定代表人

经办人：

经办人：

联系电话：

联系电话：

时 间：

时 间：

第七部分 谈判文件格式

附件 0:

_____（项目名称）_____标段

响 应 文 件

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件 1：

响 应 书

致：（采购人）

根据已收到的____（项目名称）采购文件，签字代表____（全名、职务）经正式授权并代表供应商____（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份、副本三份、电子版一份，并对之负法律责任。

1. 开标一览表
2. 关于资格的声明函
3. 法定代表人授权书
4. 谈判承诺函
5. 反商业贿赂承诺书
6. 项目实施方案
7. 技术参数一览表
8. 技术参数偏差表
9. 产品配置清单
10. 备品、备件一览表
11. 质保期外备品、备件报价表
12. 安装、调试方案
13. 质保期承诺
14. 资格审查相关证明文件
15. 采购文件中要求的其它内容

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附谈判报价表中规定的应提供的服务谈判报价：人民币_____（小写）元，即（大写）_____。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、供应商已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、响应有效期为提交响应文件截止之日起 60 日历天。

6、如果在规定的开标时间后，我方在谈判有效期内撤回谈判，其谈判保证金将被贵方没收。

7、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺响应文件无效并愿承担一切责任。

8、与本谈判有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码:

电话：

传真:

供应商代表（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期：

附件 2:

开标一览表

供应商名称:

采购编号:

项目名称	供应商报价(元)	交货期	质保期	响应有效期	其他声明
(项目名称)	大写: _____ 小写: _____			提交响应文件截止之日起 60 日历天	

供应商代表(签字或盖章):

供应商(公章):

日期:

附件 3

关于资格的声明函

致(采购人):

关于贵方采购编号为_____的_____ (项目名称)及_____ 标段的采购, 我单位愿意参加谈判, 提供采购项目一览表中规定的服务, 并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

- 1、由工商局签发的我方企业法人营业执照副本复印件(加盖单位公章)。
- 2、法定代表人授权书。
- 3、委托代理人身份证复印件。
- 4、其它证明文件或证件。
- 5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称(公章)

法定代表人(签字或盖章):

地址:

邮政编码:

供应商代表(签字或盖章):

电话:

传真:

日期:

附件 4:

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于_____（注册地址）的_____公司的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位）_____的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就_____项目的谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法定代表人（授权人）签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

单位名称（公章）：

地址：

日期：

附件 5:

谈判承诺函

我单位承诺参与本项目不会出现以下情形:

- (1) 在提交响应文件截止时间后撤回响应文件;
- (2) 在响应文件中提供虚假材料;
- (3) 假如我单位中标,除因不可抗力或谈判文件认可情形以外,不与采购人签订合同;
- (4) 与采购人、其他响应人或者采购代理机构恶意串通的

供应商(盖章):

供应商代表(签字或盖章):

年 月 日

附件 6:

反商业贿赂承诺书

我公司承诺:

在参加_____项目名称及采购编号为:_____的采购活动中, 我公司保证做到:

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请; 不为其报销各种消费凭证, 不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为, 我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人(签字或盖章):

供应商代表(签字或盖章):

(供应商公章)

年 月 日

附件 7:

技术参数一览表

项目名称:

采购人名称:

项目编号:

序号	货物名称	型号	产地及制造商	技术参数	备注

供应商代表（签字或盖章）:

供应商（公章）:

日期:

注：1、供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件 8:

技术参数偏差表

项目名称:

供应商名称:

项目编号:

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏差描述	结论

供应商代表（签字或盖章）:

供应商（公章）:

日期:

附件 9:

产品配置清单

序号	名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

投标人代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件 10:

备品、备件一览表

项目名称:

投标人名称:

招标编号:

序号	名称	型号	单位	单价	品牌	产地
一	随机备品备件					
1						
2						
3						
4						
...						
	小计					
二	质保期内正常运行 备品备件					
1						
2						
3						
.....						

投标人代表（签字或盖章）:

投标人（公章）:

日期:

说明：各响应人应提供合理的备品备件品种、数量及真实、合理的价格。

附件 11:

质保期外备品、备件报价表

投标人名称：

招标编号：

序号	名称	型号	单位	单价	品牌	产地
1						
2						
3						
4						

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 投标人（盖单位公章）： 日期：

附件 12:

安装、调试方案

供应商代表（签字或盖章）：

供应商公章：

日期：

附件 13:

质保期承诺

供应商代表（签字或盖章）：

供应商公章：

日期：

附件 14:

资格审查相关证明文件

附件 15:

采购文件中要求的其它内容